

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.: 115 27
Πληροφορίες: Ι. Βαλσαμή
Τηλέφωνο: 213 2088750
Φαξ: 213 2088716
Email: ibalsami@hippocratio.gr

Αθήνα, 14.07.2016
Α.Π.: 10092

Θέμα: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου Coroskor T.O.P (Siemens) [CPV: 50421000-2]»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το α. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α'/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»
2. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το ΠΔ 118/2007 (Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει.
5. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών"» (ΦΕΚ 64/Α' /07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
6. Την υπ. αρ. 11/05.01.2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ σχετικά με την «ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων - Ανάρτηση στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (εγκύκλιοι) αποσπάσματος της απόφασης της Ολομέλειάς της που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο) και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 15.12.2015 (ΑΔΑ Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411), με την οποία εγκρίθηκε εγκύκλιος με το ως άνω περιεχόμενο».
7. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη «διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
8. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
9. Την υπ. αρ. 14000/25.09.15 Απόφαση Αναπλ. Διοικητή σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την συντήρηση του αγγειογράφου Coroskor T.O.P (Siemens).
10. Το υπ. αρ. το υπ. αρ. 9942/12.07.2016 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής.
11. Την υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β'299) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει.
12. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250/19.05.2016).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου Coroskor T.O.P (Siemens), όπως αυτές καταρτίστηκαν με το υπ. αρ. 9942/12.07.2016 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών ⇨ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ibalsami@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου Coroskor T.O.P (Siemens), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: σελίδες τρεις (3)

Εσωτερική διανομή:

- (1) Τμήμα Προμηθειών
- (2) Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς **συνεπάγεται απόρριψη της σχετικής προσφοράς.**

Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία της παρεχόμενης υπηρεσίας, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία να πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρμονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρους συντήρησης, με κάλυψη ανταλλακτικών, του αγγειογραφικού συγκροτήματος SIEMENS – COROSKOP TOP σύμφωνα με τα παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το αγγειογραφικό συγκρότημα SIEMENS τύπου COROSKOP T.O.P. αποτελείται από :

1. Τόξο (C-ARM) τύπου COROSKOP Hi-P
2. Ενισχυτή εικόνας SIRECON 23-3 HDR
3. Διάφραγμα περιορισμού δέσμης ακτίνων X
4. Υδρόψυκτη ακτινολογική λυχνία τύπου MEGALIX 125/30/80CM-121GW
5. Εξεταστική τράπεζα τύπου KOORDINAT M
6. Υψίσυχη ακτινολογική λυχνία τύπου POLYDOROS IS-CF
7. Ακτινοσκοπική τηλεόραση (TV-chain) τύπου VIDEOMED S
8. Σύστημα ανάρτησης οθονών από την οροφή (MTS) και πίνακα ενδείξεων παραμέτρων τόξου/εξεταστικής τράπεζας καθώς και της δόσης ασθενούς.
9. Δύο οθόνες υψηλής ανάλυσης CRT τύπου SIMOMED HM
10. Υπολογιστή επεξεργασίας εικόνας HICOR T.O.P.
11. Σταθμό αναπαραγωγής και εγγραφής σε CD τύπου ACOM-M
12. Εγχυτή MEDRAD και
13. Καταγραφικό ΗΚΓ και αιματηρής πίεσης

Το παραπάνω αγγειογραφικό συγκρότημα είναι μεταχειρισμένο – ανακατασκευασμένο με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή οίκου SIEMENS.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση για την τήρηση των οδηγιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, τουλάχιστον δύο ετησίως ή αν ορίζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους.

Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της αναδόχου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

3. Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

- Έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών κλπ
- Έλεγχο ικανότητας και καλής απόδοσης
- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κλπ και
- Τη συμπλήρωση η ενδεχομένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίμων υλικών, όπως έλαιο λιπάνσης.
- Την αποκατάσταση συνηθών βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση
- Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE, εξαιρουμένων των αναλωσίμων υλικών (κασέτες φίλμ, σύριγγες κλπ) που η προμήθεια τους βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Την λήψη κάθε προληπτικού μέσου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών η ζημιών.
- Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware, κτλ)

4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί πλήρη συντήρηση με παροχή εργατικών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων ή υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου εξαιρουμένων της ακτινολογικής λυχνίας, της λυχνίας ενισχυτή εικόνας και των καθοδικών σωλήνων οθονών. Να δοθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών και αναλυτικές τιμές για κάθε είδος.

5. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών (επανορθωτικών συντηρήσεων) μετά από γραπτή ή απλά τηλεφωνική κλήση από αρμοδίους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την τηλεφωνική ή γραπτή κλήση κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Η επανορθωτική συντήρηση είναι το σύνολο των ενεργειών για την αποκατάσταση βλάβης στα μηχ/τα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται ενδιάμεσα στα διαστήματα των προγραμματισμένων προληπτικών συντηρήσεων αλλά και κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οπότε η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει αυτοδίκαια να αποκαθιστά, στα πλαίσια της σύμβασης αυτής.

6. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφα Δελτίων Εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως καθώς και όλοι οι διενεργηθέντες έλεγχοι και οι μετρήσεις.

7. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.

8. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

9. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ'όσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

10. Στο τέλος κάθε συμβατικού έτους του συμβολαίου συντήρησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.

Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) μέρες ετησίως. Χρόνος ακινητοποίησης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο στο μηχάνημα δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις.

Ο χρόνος ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνει:

- το χρόνο προληπτικής συντήρησης
- Τις ημέρες αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας, εκτός και εάν η συντηρήτρια εταιρεία δεν παραδώσει τη λυχνία εντός 24ωρου από την έγγραφη παραγγελία της
- Τις ημέρες εγκατάστασης των εργοστασιακών μετατροπών ασφαλείας
- Λόγους ανωτέρας βίας ή καταστάσεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της συντηρήτριας εταιρείας

11. Εάν το διάστημα ακινητοποίησης από βλάβη ξεπερνά τις δέκα ημέρες για όλο το έτος το νοσοκομείο θα μπορεί να επιβάλλει στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα , παράταση της σύμβασης κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- ΛΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.- ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3.- ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ