

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα
 Τηλέφωνο: 213 2088474
 Φαξ: 213 2088716
 Email: gbaila@hippocratio.gr

Αθήνα, 12.12.2017
 Α.Π.:20172/22-12-2017

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του τμήματος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.500,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Τον Ν.4497/13-11-2017 (Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).
3. Το ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη «διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
6. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
7. Την υπ. αρ. 4658/06.09.16 (ΦΕΚ 2937/Β'/15.09.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές.»
8. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
9. Η υπ. αρ. 29/02.11.2017 (Θέμα 13^ο) Απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση αλλαγής σκοπού Επιχορήγησης της 1^{ης} Υ.ΠΕ Αττικής.(ΑΔΑ: 73ΦΦ4690ΩΣ-ΦΤΘ)
10. Η υπ. αρ. 11924/31.07.2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του τμήματος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». (ΑΔΑ: 7Υ1Ω4690ΩΣ-Λ34)
11. Το υπ. αρ. 19000/05-12-2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την τριμελή ορισθείσα Επιτροπή.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του τμήματος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.500,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές υποβλήθησαν με το υπ. αρ. 19000/05.12.2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών⇒Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του τμήματος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.500,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

Συν.: Μία (1) σελίδα

Εσωτ. Διανομή:

-Τμήμα Προμηθειών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Ψύξης-Θέρμανσης

Βασικές Προδιαγραφές

- 1.** Η συσκευή να είναι σχεδιασμένη για τις ανάγκες του καρδιοχειρουργικού τμήματος.
- 2.** Να διευκολύνει την γρήγορη και ανεξάρτητη ρύθμιση τόσο των ασθενών (αρτηριακός εναλλάκτης θερμότητας και κουβέρτες) όσο και της θερμοκρασίας καρδιοπληγίας.
- 3.** Για τον λόγο αυτό να έχει ανεξάρτητες δεξαμενές για κυκλοφορία καρδιοπληγία-κουβέρτα θέρμανσης.

Συμπληρωματικά Επιθυμητά Στοιχεία

- 1.** Μέγεθος (ΥxΠxΒ) περίπου 1100 x 460 x 530.
- 2.** Βάρος περίπου 100 κιλά άδειο και 120 κιλά γεμάτο.
- 3.** Επίπεδο θορύβου το χαμηλότερο δυνατόν.
- 4.** Έλεγχος θερμοκρασίας.
 - Περιοχή ελέγχου 1° C έως 40° C
 - Ρύθμιση ανάλυσης 0,1° C
 - Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ±0,3° C
 - Εύρος εμφάνισης θερμοκρασίας 0° C έως 99° C.
- 5.** Σύστημα ψύξης.
 - Ποσότητα δεξαμενής περίπου 26 λίτρα.
 - Αρχική χωρητικότητα ψύξης (σχετική 20° C) 6250 KJ.
 - Συνεχή ικανότητα ψύξης 4200 KJ/h.
- 6.** Σύστημα θέρμανσης.
 - Ικανότητα (μέγιστη τιμή) 3100W.
- 7.** Σύστημα κυκλοφορίας.
 - Χωρητικότητα ροής, κύριο κύκλωμα περίπου 21,0 l/min σε μηδενική κεφαλή (ρυθμιζόμενη)
 - Χωρητικότητα ροής καρδιοπληγίας περίπου 7,0 l/min. Σε μηδενική κεφαλή.
 - Μέγιστη πίεση κύριου κυκλώματος περίπου 2,4 bar (ρυθμιζόμενο).
 - Μέγιστη πίεση κυκλώματος καρδιοπληγίας περίπου 0,8 bar.
- 8.** Παροχή ρεύματος.
 - Ισχύς: 200-240V/50Hz, 220V/60Hz.
- 9.** Να φέρει σήμανση CE.
- 10.** Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.
- 11.** Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 για εμπορία , εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη.