



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ΗΣ</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες: Γ. Μανώλης  
ΤΗΛ.: 2132010501  
Email : [promithies@1dype.gov.gr](mailto:promithies@1dype.gov.gr)

1η Υ.Πε.Αττικής

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 18333  
ΗΜ/ΝΙΑ: 28/04/2022



**ΘΕΜΑ:** Απόφαση Έγκρισης Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για **«Βραχιόλια Ταυτοποίησης Ασθενών»** Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (Α 25) "Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α') "Βελτίωση & εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις"
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 (Α' 81) "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις".
4. Το Ν. 3580/2007 (Α'134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
6. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) « Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/23/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4782/09.03.2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
8. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Γ2α,γ/οικ. 14736/11.03.2022 Εγκύκλιος της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
9. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 14678/04.04.2022 έγγραφο το Διοικητή της 1<sup>ης</sup> Υ.Πε. Αττικής.
10. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15294/06.04.2022 απαντητική επιστολή του Γ. Ν. Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
11. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15294/06.04.2022 απαντητική επιστολή του Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
12. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15399/07.04.2022 απαντητική επιστολή του Γ. Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Ν. Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
13. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15882/08.04.2022 απαντητική επιστολή του Γ. Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
14. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15989/11.04.2022 απαντητική επιστολή του Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
15. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 18149/27.04.2022 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της Επιτροπής Σύνταξης Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.


**Αποφασίζουμε**

Την έγκριση των επισυναπτόμενων Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για «**Βραχιόλια Ταυτοποίησης Ασθενών**», όπως αυτές έχουν συνταχτεί από την αρμόδια επιτροπή.

Οι εγκεκριμένες προδιαγραφές θα σταλούν στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1<sup>ης</sup> Υ.Πε. Αττικής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή διαγωνισμών από αυτά.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ**



### **ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ**

#### **1. Βραχιολάκια αδιάβροχα εκτυπώσιμα ενηλίκων Ιατρικού σκοπού**

##### **Τεχνικές προδιαγραφές**

1. Αντιμικροβιακό
2. Υποαλλεργικό
3. Φιλικό προς το δέρμα
4. Αδιάβροχα (ανθεκτικά στην υγρασία και τα απολυμαντικά χεριών)
5. Μη μεταβιβάσιμα με κούμπωμα ασφαλείας μιας χρήσης (αυτοκόλλητο ή clip)
6. Διαστάσεις από 25mm χ 279mm έως 30,2mm Χ 279mm
7. Αντοχή σε συνθήκες Νοσοκομείου έως 60 ημέρες
8. Θερμικής εκτύπωσης
9. Συμβατό με τον προσφερόμενο εκτυπωτή

### **ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ**

#### **2. Εκτυπωτής θερμικής εκτύπωσης για βραχιολάκια Ιατρικού σκοπού**

##### **Τεχνικές προδιαγραφές**

1. Εκτύπωση βραχιολιών ιατρικού σκοπού
2. Θερμική εκτύπωση
3. Συνδεσιμότητα USB
4. Ανάλυση 300 dpi ή και μεγαλύτερη
5. Ταχύτητα εκτύπωσης 51 mm/s ή και μεγαλύτερη
6. Πλάτος έως 130mm
7. Βάθος έως 250mm

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ**

**ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ**

- Στους παιδιατρικούς ασθενείς να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος (π.χ. κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο, κτλ).
- Στα νεογνικά τμήματα, τα βραχιόλια να είναι σε χρωματισμούς μπλε και ροζ, για τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα.
- Να είναι αδιάβροχα.
- Να έχουν λευκό πλαίσιο για την καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού.
- Στο βραχιόλι να μπορούν να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το όνομα της μητέρας, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός μητρώου, όπως αυτός προκύπτει από το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ασθενούς (πχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ, 15/04/2022, ΑΜ 123456).
- Να υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη για νεογνά, βρέφη, παιδιά, ενήλικες.
- Να είναι κατασκευασμένα από εύκαμπτο, υποαλλεργικό, μη τοξικό, βιοσυμβατό υλικό και να μην τραυματίζουν. Να μην υπάρχουν αποσπώμενα μέρη, τα οποία μπορούν να καταποθούν.
- Πρέπει να διαθέτουν πολλές τρύπες στο περικάρπιο και να ασφαλίζουν πολύ καλά κατά την τοποθέτησή τους.

**Πίνακας Αποδεκτών :**

**Κ.κ. Διοικητές & Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων**

- Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"
- Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ"
- Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
- Γ.Ν.Α. "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
- Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ "ΕΕΣ
- Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
- Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
- Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
- Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
- Γ. Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
- Γ.Ν. Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
- Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
- Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
- Γ. Ν. Α. «ΛΑΪΚΟ»
- ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ. «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
- ΔΕΡΜ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
- ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓ.ΕΛΕΝΗ»
- ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Κοινοποίηση :**

Γραφεία Προμηθειών Νοσοκομείων

