



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ.: 115 27

Πληροφορίες: Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ

Τηλέφωνο: 213 2088715

Φαξ: 213 2088530

Αθήνα, 16.02.2016

Α.Π.:2215

**«Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
«ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ» (CPV 33184300)»**

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ' αρ. 4972/15.12.2015 απόσπασμα πρακτικού της 68^{ης}/14.12.2015 (θέμα 6^ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»

3. Την υπ' αρ. 16760/11.11.2015 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ 6ΟΛΚ4690ΩΣ-8ΧΜ)

4. Το υπ' αρ. 617/18.01.2016 με το οποίο διαβιβάστηκαν στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι παρατηρήσεις των εταιρειών MEDTRONIC & EDWARDS HELLAS ως αποτέλεσμα της πρώτης φάσης διαβούλευσης

5. Οι με αρ. πρωτ. 1915/10.02.2016 τροποποιημένες προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης αυτών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Τη Β' φάση Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών «ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, CPV 33184300», προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις ημέρες από την ημέρα ανάρτησης

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 19.02.2016 και ώρα 15:00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: polychronidou@hippocratio.gr

5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Συνημμένα:

- Τεχνικές Προδιαγραφές σελίδα 1

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές Διαδερμικών Βαλβίδων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟ- ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΙΟ-ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΟΡΤΗΣ

- 1) Να είναι κατασκευασμένες ώστε να εμφυτεύονται στη θέση της αορτικής βαλβίδας διακαθετηριακά
- 2) Να απαιτείται μικρή διάρκεια προετοιμασίας και τοποθέτησης των βαλβίδων στον καθετήρα
- 3) Να μπορεί να τοποθετηθούν από περιφερικές αρτηρίες (όπως μηριαία, υποκλείδια) ακόμα και με μικρή ελάχιστη διάμετρο 5 mm
- 4) Να έχουν τη δυνατότητα επαναθυλακοποίησης και επανατοποθέτησης για την εξασφάλιση βέλτιστης θέσης εμφύτευσης. Να μπορούν επίσης να αφαιρεθεί πλήρως και μη τραυματικά από τον ασθενή και να επαναφορτωθούν στον καθετήρα.
- 5) Να καλύπτει μεγάλο εύρος διαμέτρων αορτικής βαλβίδας (18-28mm)
- 6) Να μην προκαλεί απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών
- 7) Να διαθέτουν πιστοποιητικό FDA ή CE mark
- 8) Να υπάρχει ικανή διεθνής κλινική εμπειρία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τις επιπλοκές, που να τεκμηριώνεται από μεγάλες μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά (peer review).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

Σε μικρές ομάδες ασθενών θα χρειασθούν ειδικά χαρακτηριστικά των προσφερθεισών διαδερμικών βαλβίδων όπως:

- 1) Να λειτουργεί η βαλβίδα άμεσα ιδιαίτερα σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς
- 2) Να μην γίνει απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών ιδιαίτερα σε δυσλειτουργούσες βιοπροσθετικές βαλβίδες
- 3) Να εμφυτεύεται η βαλβίδα διαορτικά ή διακορυφαία σε ασθενείς που δεν υπάρχει άλλη οδός προσπέλασης
- 4) Σε ασθενείς με οριζόντια πορεία της ανιούσης αορτής ή μικρή απόσταση στεφανιαίων αρτηριών από τον αορτικό δακτύλιο, διακαθετηριακή εκπτυσσόμενη με μπαλόνι βιοπροσθετική βαλβίδα αορτής