



ΕΛΛΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.: 115 27
Πληροφορίες: Χρ. Ταμαλαλίδου
Τηλέφωνο: 213 2088715
Φαξ: 213 2088530
Email: ctamal@hippocratio.gr

Αθήνα, 01-09-2014
Αρ. Πρωτ.: 15684/2-9-14

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
«ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV 39230000-3)»**

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» που θα διενεργηθεί βάσει του Ν.3867/10, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 9^η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15.00μ.μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ctamal@hippocratio.gr
5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Συνημμένα:

- Τεχνικές Προδιαγραφές

ΘΕΜΑ : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υγρών ενδοβολβικής χρήσης

- 1) Στείρο, ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης, ισότονο και με παρόμοια σύνθεση και ΡΗ του υδατοειδούς υγρού.
- 2) Θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένο με γλουταθειόνη διττανθρακικό νάτριο, δεξτόζη αλλά και άλλα συστατικά (Sodium Acetate Trihydrate, Sodium Citrate Trihydrate, Potassium Chloride, Magnesium Chloride Hexahydrate, Calcium Chloride Dihydrate) στις διεθνώς συνιστώμενες αναλογίες.
- 3) Θα πρέπει να είναι ελεύθερο συντηρητικών ουσιών.
- 4) Θα πρέπει να ενέχεται σε γυάλινο περιέκτη (αδρανές υλικό) σφραγισμένο, προκειμένου να ελέγχεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.

Κ.Π 43.3.2.4 16,50€