

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων (Stents) (CPV 33111730)»**

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την υπ. αριθ. 4/11.03.14 (Θέμα 5ο) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενδοστεφανιαίων stents συνολικής προυπ/σας δαπάνης 192.190,00€ συμ/νου ΦΠΑ (ΑΔΑ: ΒΙΞ44690ΩΣ-6ΑΧ).
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
4. Τις με ΑΠ: 938/16.01.14 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια stents (ενδοπροθέσεις stents επικαλυμμένα και βιοαπορροφήσιμες αγγειακές πλατφόρμες, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκομείο θα διενεργήσει ανοικτή διαπραγμάτευση με συλλογή προσφορών για την προμήθεια stents συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 192.190,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

| α/α | Περιγραφή Ειδών | Τεχνικές Προδιαγραφές | Τεμάχια | Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ) |
|------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| 1. | Ενδοπροθέσεις stent επικαλυμμένα | Ενδοπρόθεση (stent) στεφανιαίων αγγείων, επικαλυμμένη με φαρμακευτική ουσία. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα μετάλλου για αυξημένη ακτινοσκοπιότητα και εξαιρετική ακτινική δύναμη για μειωμένη υπαναχώρηση (recoil) του stent μετά την τοποθέτησή του. Να έχει ευελιξία και υψηλή αντοχή σε κατάγματα και λεπτό πάχος των δοκίδων. Να καλύπτεται από πολυμερές πάνω στο οποίο να έχει επικαλυφθεί το φάρμακο. Να είναι συμβατό με οδηγό σύρμα 0,014” και θηκάρι εισαγωγής 5F. Τα μήκη της ενδοπρόθεσης να είναι πολλά. | 600 | 172.980,00€ |
| 2. | Βιοαπορροφήσιμες αγγειακές πλατφόρμες (stent) | Βιοαπορροφήσιμος νάρθηκας με έκλυση LIMUS διαθέσιμο σε διάφορους διαμέτρους και μήκη. | 10 | 19.210,00€ |