



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.: 115 27
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
ηλέφωνο: 213 2088715
Φαξ: 213 2088530
Email: prom@hippocratio.gr

Αθήνα, 02.04.2015
Α.Π.: 5158 /02/04/2015

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την εκτέλεση της εξέτασης ,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλασιπνίνη-PCT, (CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)».

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την εκτέλεση της εξέτασης,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλασιπνίνη - PCT (CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ),προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 08/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση της εξέτασης,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλασιπνίνη - PCT με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ),προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΤ
1	PCT Sensitive	800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας ,τύπου RANDOM ACCESS με εξελιγμένη και αξιόπιστη μέθοδο ανάλυσης.
2. Να εκτελεί τις ζητούμενες εξετάσεις και πλέον αυτών.
3. **Για την εξέταση της Προκαλσιτονίνης (PCT) ζητείτε πλέον ευαίσθητη μέθοδος με λειτουργική ευαισθησία μικρότερη από 0,08ng/ml έτσι ώστε ο δείκτης αυτός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης φλεγμονής και όχι μόνο λοίμωξης.**
4. Να είναι επιτραπέζιος με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις .
5. Να έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 100 εξετάσεων ανά ώρα.
6. Να διαθέτει αρκετές θέσεις δειγμάτων.
7. Να εκτελεί τις εξετάσεις επείγοντων (STAT) δειγμάτων κατά προτεραιότητα.
8. Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων σε σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων.
9. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης της στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων.
10. Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης δειγμάτων, αντιδραστηρίων ,βαθμονοτητών και controls με barcode.
11. Να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα δείγματα εκτός ορίων γραμμικότητας και να τα επαναλαμβάνει αυτόματα με αυτόματη αραιώση.
12. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβων (clot detection).
13. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο (2⁰ -8⁰ C) φύλαξης αντιδραστηρίων.
14. Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου αποτελεσμάτων.
15. Να συνοδεύεται ο αναλυτής και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιεί από ποσοποιητικό CE.