

**Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη  
"Αναλώσιμα Υλικά για την εκτέλεση της εξέτασης «Τεστ ΠΑΠ Μαστού» (CPV 33140000-3)"**

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

*Έχοντας υπόψη:*

1. Το α. 27 παρ.11 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Β/03.08.10) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
2. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α'/01.07.2007) όπως ισχύει.
5. Την υπ. αρ. 6507/11.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
6. Την υπ. αρ. 11/05.01.2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ σχετικά με την «ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων - Ανάρτηση στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (εγκύκλιοι) αποσπάσματος της απόφασης της Ολομέλειάς της που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο) και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 15.12.2015 (ΑΔΑ Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411), με την οποία εγκρίθηκε εγκύκλιος με το ως άνω περιεχόμενο».
7. Το υπ. αρ. 4436/12.03.14 έγγραφο του Δντή της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής.
8. Την υπ. αρ. 55/19.06.14 Θέμα 3ο Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
9. ο υπ. αρ. 6276/24.04.15 έγγραφο του Τμήματος Κινήσεως Αρρώστων και τα υπ. αρ. 6770/04.05.15 και 22444/15.12.14 σχετικά έγγραφα του Δντή της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής.
10. Το υπ. αρ. 17534/30.11.15 έγγραφο της Διεύθυνσης και το υπ. αρ. 19109/24.12.15 απαντητικό έγγραφο του Δντή της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής.
11. Την υπ. αρ. 1088/27.01.16 Απόφαση του Αναπλ. Διοικητή (ΑΔΑ: Ω5ΕΓ4690ΩΣ-Η44).
12. Την υπ. αρ. 4/28.01.16 (Θέμα 10ο) Απόφαση του ΔΣ σχετικά με την έγκριση διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ: 66ΡΛ4690ΩΣ-0ΔΞ).
13. Το υπ. αρ. 3932/17.03.16 Πρακτικό της Επιτροπής Επικαιροποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών.

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

1. Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών **"Αναλώσιμα Υλικά για την εκτέλεση της εξέτασης «Τεστ ΠΑΠ Μαστού» (CPV 33140000-3)"** για την προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.hippocratio.gr](http://www.hippocratio.gr) (Τμήμα Προμηθειών / Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 31 Μαρτίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [ibalsami@hipprocratio.gr](mailto:ibalsami@hipprocratio.gr).

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση της εξέτασης «Τεστ ΠΑΠ Μαστού» (CPV: 33140000-3, ιατρικά αναλώσιμα) για ένα έτος, κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με δωρεάν παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού, κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 7.736,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ**

**Συνημμένα:**

- Κατάσταση Ειδών & Τεχνικών Προδιαγραφών

## **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή είδους</b>	<b>ΜΜ</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Προϋ/σα Δαπάνη</b>
1	ΚΙΤ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ CPV: 33140000-3 (ιατρικά αναλώσιμα)	Τεμάχιο	150	4.981,50
2	ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ CPV: 33140000-3 (ιατρικά αναλώσιμα)	Τεμάχιο	4	2.755,20
3	Συνοδός εξοπλισμός	Τεμάχιο	1	Δωρεάν παραχώρηση
			<b>Σύνολο δαπάνης:</b>	7.736,70 €

### **1) ΚΙΤ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ**

- Το κάθε kit να συμπεριλαμβάνει 2 σιλικονούχα δοχεία μιας χρήσης για την συλλογή του εκκρίματος από τη θηλή του μαστού
- Τα σιλικονούχα δοχεία να είναι αντιαλλεργικά
- Τα σιλικονούχα δοχεία να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό σιλικονούχο υλικό ώστε να μη σκίζουν στη βάση τους
- Τα σιλικονούχα δοχεία να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό ώστε να έχουν σωστή εφαρμογή στο δοχείο υποδοχής (μαργαρίτα) της κασέτας διασύνδεσης υγρών
- Τα σιλικονούχα δοχεία να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό ώστε να μην τσακίζουν/διπλώνουν στο πάνω μέρος του δοχείου υποδοχής (μαργαρίτας) για την αποφυγή επαφής με το έκκριμα
- Το κάθε kit να συμπεριλαμβάνει 2 μπατονέτες από υδρόφοβο υλικό για την συλλογή του εκκρίματος
- Το κάθε kit να συμπεριλαμβάνει 1 μαντηλάκι εμποτισμένο με αλκοολούχο λοσιόν για τον καθαρισμό της θηλής μετά την εξέταση
- Το κάθε kit να είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης για κάθε ασθενή και να μην επαναχρησιμοποιείται
- Τα kit να έχουν ανοιχτή ημερομηνία λήξης
- Τα kit να φέρουν σήμανση CE

### **2) ΚΑΣΣΕΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ**

- Η κασέτα διασύνδεσης υγρών να είναι πολλαπλών χρήσεων
- Η κασέτα διασύνδεσης υγρών να θερμαίνεται πάντα στην προκαθορισμένη θερμοκρασία από τον κατασκευαστή προς αποφυγή τραυματισμών
- Η κασέτα διασύνδεσης υγρών να διαθέτει σύστημα αρνητικής πίεσης και κυκλοφορίας των υγρών ώστε να επιτυγχάνεται η μάλαξη του μαστού και η παραγωγή κατ'επέκταση του εκκρίματος
- Η κασέτα διασύνδεσης υγρών να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης του διαθέσιμου υγρού
- Η κασέτα διασύνδεσης υγρών να φέρει σήμανση CE

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ο οποίος θα παραχωρείται προς χρήση στο Νοσοκομείο.

## **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

### 1) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ

- Να είναι πλήρως αυτοματοματοποιημένη
- Να διαθέτει οθόνη LED για την προβολή αναλυτικών οδηγιών εκτέλεσης βήμα προς βήμα της εξέτασης
- Να διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα βήμα προς βήμα εκτέλεσης της εξέτασης
- Να διαθέτει συνολικό πρόγραμμα διάρκειας εξέτασης 5 λεπτών
- Να εκτελεί αυτοματοποιημένες μαλάξεις (μασάζ) στο μαστό
- Να παρέχει θερμότητα ώστε να θερμαίνει την κασσέτα διασύνδεσης υγρών στην προκαθορισμένη εργοστασιακή θερμοκρασία από τον κατασκευαστή προς αποφυγή φλεγμονών και τραυματισμών
- Να εκτελεί αυτοματοποιημένη αναρρόφηση του εκκρίματος από τη θηλή στη προκαθορισμένη πίεση από την εργοστασιακή ρύθμιση προς αποφυγή τραυματισμού του μαστού
- Να μην εκπέμπει ακτινοβολία
- Να φέρει σήμανση CE

### 2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

- Να είναι τροχήλατη για την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος
- Να είναι κατασκευασμένη από χυτό σίδηρο
- Να είναι βαρέος τύπου,
- Να είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής
- Να διαθέτει ειδικό ράφι τοποθέτησης στο οποίο να «κουμπώνει» η εξεταστική κονσόλα προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων
- Να αντέχει βάρος τουλάχιστον 65 kg
- Να διαθέτει ροδάκια περιστρεφόμενα, βαρέος τύπου με φρένα
- Να διαθέτει κολώνα με γάντζους για το καλώδιο παροχής ρεύματος της εξεταστικής κονσόλας
- Να διαθέτει κολώνα με πολλαπλές ρυθμίσεις ύψους
- Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με την εξεταστική κονσόλα