

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Ε. Δραγατάκη
 Τηλ.: 213 2088715
 Fax: 213 2088716
 Email: elenidr@hippocratio.gr

Αθήνα, 08-05-2017

Α.Π.: 6739

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (CPV 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
5. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
6. Την υπ. αρ. 9684/07.07.2016 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (CPV 33161000-6).
7. Το υπ. αρ. 4308/21.03.2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
8. Την υπ. αρ. 4577/24.03.2017 «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (CPV 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)».

9. Τις υποβληθείσες παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης των οικονομικών φορέων ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ (Α.Π.: 4800/29.03.2017) και VAMVAS MEDICALS (Α.Π.: 5131/03.04.2017).
10. Το υπ. αρ. 5874/19.04.2017 έγγραφο διαβίβασης παρατηρήσεων διαβούλευσης Α' φάσης στην Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
11. Το υπ. αρ. 6104/25.04.2017 πρακτικό υποβολής των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Τη **διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών** για την προμήθεια «Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας TOUR (αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές) (CPV: 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)» για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.540 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε με την ανωτέρω υπό 8 σχετικό Ανακοίνωση του Νοσοκομείου και αποτυπώθηκαν στο υπ. αρ.6104/25.04.2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών⇒Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) μέρες από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elenidr@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας TOUR (αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές) (CPV: 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.540 € συμ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: μία (1) σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

Εσωτερική διανομή:

-Τμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (TOUR)**

(αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές)

Κεντρική Μονάδα

- Μικρού όγκου και βάρους ώστε να μεταφέρεται εύκολα
- Ανθεκτική για βαριά νοσοκομειακή χρήση
- Δυνατότητα αποστείρωσης και καθαρισμού με διάφορα απολυμαντικά μέσα
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη φορά λειτουργίας
- Λειτουργία με ποδοδιακόπτη
- Ροπή ίση ή μεγαλύτερη των 6 Ncm
- Να φέρει αντλία φυσιολογικού ορού
- Να φέρει στήριγμα για τον φυσιολογικό ορό

Ηλεκτρικό Μοτέρ (micromotor)

- Μήκος καλωδίου ίσο ή μεγαλύτερο από 3 μέτρα
- Δυνατότητα αποστείρωσης
- Να διαθέτει υψηλή ροπή
- Ταχύτητα περιστροφής από 750 έως 80.000 στροφές, ανάλογα με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης χειρολαβής, και πάντως όχι μικρότερη των 40.000 στροφών.
- Να δέχεται τις κοινές χειρολαβές κοπής οστού

Χειρολαβές

- Μία Χειρολαβή παλινδρομικής κίνησης (ευθεία) για ευθεία πριονάκια
- Μία Χειρολαβή παλμικής κίνησης (ευθεία) για γωνιώδη (90⁰) πριονάκια
- Δυνατότητα αποστείρωσης
- Δυνατότητα παροχής νερού

Service - Εγγύηση

- Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ISO
- Δυνατότητα επιτόπιου service εντός 24 ωρών
- Πολυετής εγγύηση καλής λειτουργίας
- Το service και το κόστος εργασίας κατά το διάστημα της εγγύησης θα βαρύνει τον προμηθευτή όπως και το κόστος τυχόν ανταλλακτικών
- Να υπάρχουν αποδεδειγμένα αμέσως διαθέσιμα ανταλλακτικά
- Να δοθούν δωρεάν από τρία πριονάκια για την παλινδρομική και παλμική χειρολαβή