

Προδιαγραφές Κυκλώματα Αναίεθνης.

Κυκλωμάτων Αναίεθνης με Δύο (2) μη αποσπώμενους σωλήνες και Δύο (2) υδατοπαγίδες, αποκλειστικά για χρήση του Αναίεθσιολογικού Τμήματος, που να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Το κύκλωμα να είναι μιας χρήσης ελαφρύ, πλήρες, ενηλικών, διαμέτρου 22 mm.
- Το κύκλωμα να φέρει Δύο (2) μη αποσπώμενους σωλήνες προσαρμοσμένου μήκους έως τρία (3) μέτρα, οι οποίοι να δύνανται να διατηρούν το μήκος, το σχήμα και τη θέση που τους δίνει ο χρήστης.
- Το κύκλωμα να φέρει Έναν (1) σωλήνα αεκού προσαρμοσμένου μήκους έως ενάμιση (1.5) μέτρα και Έναν ασκό δύο (2) l., με σύστημα μη απόφραξης και ενδείξεις latex free και ποσότητας λίτρων.
- Το κύκλωμα να φέρει Δύο (2) μεγάλες υδατοπαγίδες, με βαλβίδα ασφαλείας εκάστη, οι οποίες να μπορούν να αποσπασθούν στη διάρκεια της αναίεθνης για αφαίρεση του

ύδατος και ταυτόχρονα το κύκλωμα να παραμένει αερόστεγές χωρίς να επηρεάζεται η ροή και η πίεση των χρησιμοποιούμενων αερίων.

- Το κύκλωμα στο συνδετικό "Υ" να φέρει δυο θύρες, πίεσης - θερμοκρασίας, οι οποίες να σφραγίζουν κουμπωτά με "αίσθηση κλικ", ώστε να εξαιλεφεται ο κίνδυνος ακούσιας αποσύνδεσης και διαρροών στη διάρκεια της χρήσης του.
- Το κύκλωμα να προσφέρεται με ένα συνδετικό "γωνία Γ" και οπή κατινογραφίας και πώμα που να συγκρατείται απαραίτητα με θηλιά.
- Το κύκλωμα να έχει χαμηλή αντίσταση ροής, έως 1.0 cm στα 60l/min ανά μέτρο σωλήνα, και χαμηλή συμπίεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 5367:2000.
- Όλες οι συνδέσεις του κυκλώματος να γίνονται με την τεχνική "push and twist - πίεση και περιστροφή", ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη εφαρμογή για την αποφυγή αποσύνδεσης και διαρροών.
- Το κύκλωμα να είναι "latex free", με ένδειξη στη συσκευασία.
- Να προσφερθεί δείγμα και πρωτότυπο προσπέκτους της εταιρείας.

Με εκτίμηση

Κοινοποίηση:
-Επιστημονικό Συμβούλιο

Ο Διευθυντής
του Αναίεθσιολογικού Τμήματος
του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α

Αντώνης Λουίζος

1η Υ.Πε. Αττικής
Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Διευθυντής
Αναίεθσιολογικού Τμήματος