

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το τροχήλατο να φέρει ενιαίο μεταλλικό σκελετό-σώμα από χάλυβα με εποξική επικάλυψη και χωρίς πλαστικά μέρη, ανθεκτικό στις εκδορές και στη διάβρωση. Να είναι ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση.
2. Να είναι στιβαρής κατασκευής, με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς αιχμηρές άκρες, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση.
3. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από πλενόμενο υλικό, χωρίς αιχμηρές άκρες και κενά που μπορούν να συσσωρευτούν ρύποι. Να φέρει υπερυψωμένο γείσο στις τρεις πλευρές.
4. Να φέρει επιπλέον προσθαφαιρούμενη, προστατευτική επιφάνεια από PVC υλικό.
5. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος σε τηλεσκοπικούς οδηγούς.
6. Να φέρει συνδυασμό πέντε (5) συρταριών εκ των οποίων τα δύο (2) βάθους 70mm τουλάχιστον, τα δύο (2) βάθους 150mm τουλάχιστον και το τελευταίο μεγαλύτερου βάθους, 220mm περίπου, για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμένων, π.χ. φιάλες ορών.
7. Τα συρτάρια να είναι εύκολα προσθαφαιρούμενα. Τα τέσσερα (4) μικρότερα συρτάρια να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα σετ διαχωριστικών.
8. Τα συρτάρια να είναι επίσης μεταλλικής κατασκευής από χάλυβα με εποξική βαφή. Να είναι συρόμενα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς και να διαθέτουν ατραυματικές ενσωματωμένες χειρολαβές, καθώς και θέση για ετικέτες. Να διαθέτουν κεντρικό κλείδωμα.
9. Τα συρτάρια να διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων.
10. Στο πλάι του σώματος να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) ανακλινόμενες πλαστικές θήκες για την τοποθέτηση ορών και εγγράφων.
11. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με:
 - Διανομέα φαρμάκων δέκα (10) ανακλινόμενων θέσεων περίπου
 - Διπλό κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 15+15 λίτρα περίπου, με εργονομικό άνοιγμα, χωρίς να απαιτείται χρήση των χεριών για λόγους υγιεινής
 - Βάση στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων κατάλληλη για όλους τους τύπους δοχείων, τετράγωνα ή στρογγυλά.
12. Το τροχήλατο να φέρει στη βάση του περιμετρικό προσκρουστήρα και τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 150mm περίπου, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο. Οι τροχοί να φέρουν επιπλέον προσκρουστήρα από μαλακό πλαστικό.
13. Συνολικές Διαστάσεις τροχήλατου: 950 x 600 x 1100 mm (ΜxΒxΥ) περίπου. Οι αποκλίσεις στις αιτούμενες διαστάσεις να είναι εντός ($\pm 5\%$).

14. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
 15. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.
 16. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη και ISO 14001. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*
 17. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*
-