



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
<<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>>

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αθήνα 7-4-2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΕΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παρακαλώ όπως προβείτε στην προμήθεια χιλίων (1000) τεμαχίων μηχανικών φίλτρων Ενηλίκων ΗΕΡΑ αποκλειστικά για χρήση του Αναισθησιολογικού Τμήματος, που να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

- Να είναι φίλτρα Ενηλίκων, μηχανικά , υδρόφοβα, αποστειρωμένα, μιας χρήσης, ελεύθερα από Latex, να αποτελούνται από αδρανή υλικά και να μην επηρεάζονται από τους χρησιμοποιούμενους αναισθητικούς παράγοντες
- Να έχουν μονή μεμβράνη φιλτραρίσματος, μηχανική πτυχωμένη (pleated).
- Να είναι υψηλής προστασίας και να έχουν αποτελεσματική συγκράτηση μικροβιακού φορτίου >99,999%.
- Να έχουν διαφανές περίβλημα και σπή καπνογραφίας με πώμα που να ασφαρίζει και απαραίτητα θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή απώλειας και κινδύνου διασποράς
- Τα φίλτρα να μην ογκώδη και το βάρος τους να μην υπερβαίνει τα 30 gr, ο δε νεκρός χώρος να είναι αυστηρά μικρότερος των 65 ml (<65 ml).
- Να είναι κατάλληλα για αναπνεόμενο όγκο 200 – 1500 ml.
- Να έχουν χαμηλή αντίσταση ροής: <1,4 cmH₂O στα 30 l/min & <2,9 cmH₂O στα 60 l/min.
- Να διατηρούν χαμηλή αντίσταση ροής για περισσότερο από 24 ώρες.
- Να διασφαλίζεται η διασύνδεση των φίλτρων στο αναπνευστικό κύκλωμα με ISO.
- Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές να αποδεικνύονται από επίσημα κατατεθειμένα έγγραφα του κατασκευαστή (πιστοποιητικά και προσπέκτους) με ταυτόχρονη κατάθεση δείγματος του προσφερόμενου φίλτρου.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής
του Αναισθησιολογικού Τμήματος
του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α

Αντώνης Λουίζος