

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

■



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών
 Τηλεφ :213-2088715
 Fax: 213-2088530
 Πληρ.: Δ. Παρασκευοπούλου

Αθήνα: 19-07-2012

Αρ. Πρωτ. 14334/19-07-2012

ΚΟΙΝ.: Γρ. Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α' /95) "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων .
2. Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) "Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ".
3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α' /01) "Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων".
4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) "Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "
5. Το Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α' /2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)
6. Το ΠΔ 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
- 7 .Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α' /09-02-2007) "Κύρωση συμβάσεωνκαι λοιπές διατάξεις"
8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α' / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07
10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α' /03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την "Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών" .
11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31/02-03-2011) με τίτλο "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

12. Την Εγκύκλιο Νο 1 /25-05-2010 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με τον τρόπο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών του ΠΠΥΥ'2010.

13. Το αριθμ.πρωτ.22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010.

14. Το γεγονός ότι ο νέος Ανοικτός Διαγωνισμός, στα πλαίσια του ΠΠΥΥ2011, με αρ. Δ/ξης Φ3/2011, για την προμήθεια «συσκευών μετάγγισης αίματος - αφαιμαξομετάγγισης», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το είδος «εργαστηριακά φίλτρα λευκαφαίρεσης από μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών με δυνατότητα έκπλυσης με φυσιολογικό ορό» θα διενεργηθεί στις 21-08-2012.

15. Την αναγκαιότητα κάλυψης του Νοσοκομείου με συμβατικά υλικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την προσφυγή σε ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ 60/2007, για την προμήθεια του είδους «εργαστηριακά φίλτρα λευκαφαίρεσης από μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών με δυνατότητα έκπλυσης με φυσιολογικό ορό» (Κωδ.: 31002011) συνολικής δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες, μέσω της οποίας ο αναδειχθείς μειοδότης θα προμηθεύει το είδος στο Νοσοκομείο με την υπογραφή σχετικής σύμβασης, έως και την ανάδειξη προμηθευτή από τον τακτικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο με αρ. Δ/ξης Φ03/2011, στα πλαίσια του ΠΠΥΥ' 2011. Σημειώνεται ότι η υπογραφείσα σύμβαση που θα προκύψει από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διακοπεί αυτόματα όταν κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Φ03/2011).

<u>Περιγραφή είδους</u>	<u>Ποσότητα</u>	<u>Δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ</u>
Εργαστηριακά φίλτρα λευκαφαίρεσης από μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών με δυνατότητα έκπλυσης με φυσιολογικό ορό	600τεμ.	15.000,00€

2. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνει την κατάθεση **κλειστών και σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών, σε δύο (2) αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.**

3. **Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους έως την 30-07-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων, όπως αναφέρεται και στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Σε περίπτωση εργαστηριακού ελέγχου τα έξοδα αυτού, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

4. Οι τιμές των υλικών που θα προκύψουν κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

5. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές και με πλήρη δημοσιότητα, η δε σχετική πρόσκληση Διαπραγμάτευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr).

Ορίζουμε επιτροπή αξιολόγησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης (Φ21/2012):

1. ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

2. ΖΑΔΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ

3. ΤΣΙΑΒΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΠ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ.

1. Να έχουν επίδοση λευκαφαίρεσης , η οποία θα εξασφαλίζει σταθερά και συστηματικά αριθμό υπολειπόμενων λευκών αιμοσφαιρίων μικρότερο από 1×10^6 ανα μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης, και κατά προτίμηση μικρότερο από 2×10^5 .
2. Η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά το φιλτράρισμα να είναι η ελάχιστη δυνατή και απαραίτητα η ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανα μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών μετά το φιλτράρισμα να είναι μεγαλύτερη από 40gr, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Να είναι φίλτρα 4^{ης} γενιάς και να μην απαιτούν ενεργοποίηση με φυσιολογικό ορό πριν τη χρήση.
4. Ο χρόνος λευκαφαίρεσης να είναι σύντομος (μικρότερος από 25 min) και σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας της Αιμοδοσίας.
5. Είναι προτιμητέο να διαθέτουν προφίλτρο διήθησης, πριν και ξεχωριστά από το φίλτρο λευκαφαίρεσης, ώστε να προλαμβάνεται το μπλοκάρισμα του κυρίως φίλτρου από πιθανά μικροπήγματα.
6. Να μην έχουν αεραγωγό για το άδειασμα του φίλτρου, ώστε να αποφεύγεται πιθανός κίνδυνος επιμόλυνσης.
7. Να διαθέτει υποδοχή για την προσθήκη φυσιολογικού ορού στο λευκαφαιρεμένο παράγωγο. Να μην απαιτείται η προσθήκη του ορού διαμέσω του φίλτρου για την αύξηση της ανάκτησης των ερυθρών, γιατί με τον τρόπο αυτό συμπαρασύρονται λευκά αιμοσφαίρια.
8. Να διαθέτει δυο συνοδούς ασκούς: Έναν στον οποίο θα καταλήγουν τα λευκαφαιρεμένα και πλυμένα ερυθρά και έναν στον οποίο θα εξάγεται το έκπλυμα.
9. Τα λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά να καταλήγουν σε συνοδό ασκό χωρητικότητας 600ml, κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για τη διατήρηση ερυθρών αιμοσφαιρίων.
10. Το φίλτρο να είναι εύκολο στη χρήση και να μην απαιτεί πολλές ή πολύπλοκες κινήσεις κατά τη χρήση του.
11. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.
12. Η κατασκευή τους να περιλαμβάνει βιολογικές και χημικές δοκιμασίες βιοσυμβατότητας, σύμφωνα με το ISO 10993-1.
13. Η προσφορά να συνοδεύεται από δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν τις επιδόσεις των φίλτρων.
14. Να διαθέτουν σήμανση CE-mark.
15. Να κατατεθούν 10 δείγματα για αξιολόγηση.
16. Να αναγράφεται υποχρεωτικά στην προσφορά χώρα και εργοστάσιο κατασκευής.
17. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο με ISO.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ