


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα
 Τηλέφωνο: 2132088715
 Φαξ: 2132088716
 Email: prom@hippocratio.gr

Αθήνα, 23/08/2017
Α.Π.:12888

Θέμα: «Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3) για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/8-8-16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών [προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
4. Την υπ. αρ. 17824/15-12-2016 Απόφαση Διοικήτριας για ορισμό Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
5. Τις υπ. αρ. πρωτ. 1023/23-01-17 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής προδιαγραφών.
6. Την υπ. αρ. 1685/02-02-17 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης.
7. Την υπ. αρ. 2202/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας MEDIC PLAN.
8. Την υπ. αρ. 2212/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας BIOSENSE.
9. Την υπ. αρ. 2279/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας PAPAPOSTOΛΟΥ.
10. Την υπ. αρ. 2292/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας SANTAIR.
11. Το υπ. αρ. 2399/15-02-17 διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την Επιτροπή.
12. Την υπ.αρ. 8187/30-05-17 απάντηση του Διευθυντή Χειρουργικού Τμήματος.
13. Το υπ. αρ. 9489/20-06-17 έγγραφο μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
14. Την υπ. αρ. 18/23-06-17 (Θέμα 4^ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Το υπ. αρ. 10241/03-07-17 διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την Επιτροπή.
16. Το υπ. αρ. 12150/03-08-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών με τις διαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3), όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω (5) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις 13-02-2017.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών/ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 30/08/2017 στις 09:00π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκομείο θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3) για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: είκοσι επτά (27) σελίδες

- Η υπ.αρ.1685/02-02-17 Απόφαση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης.
- Την υπ. αρ. 2202/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας MEDIC PLAN.
- Την υπ. αρ. 2212/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας BIOSENSE.
- Την υπ. αρ. 2279/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας ΡΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
- Την υπ. αρ. 2292/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας SANTAIR.
- Το υπ.αρ. 12150/03-08-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Αναδιαμορφωμένων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Εσωτερική Διανομή

- Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

- 1.** Η τράπεζα να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, τροχήλατη, σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής, κατάλληλη για τις επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση διαφόρων εξαρτημάτων συμβατή και προς τις άλλες Χειρουργικές ειδικότητες.
- 2.** Η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αρθρωτά τμήματα (κεφαλής, πλάτης, λεκάνης και τμήμα ποδιών δεξιό – αριστερό με δυνατότητα διατάσεως), τα οποία να έχουν δυνατότητα ρυθμίσεων αναλόγως με τις απαιτήσεις κάθε τύπου επεμβάσεως, με αντίστοιχα τμηματικά προσθαφαιρούμενα καλύμματα, από αφρώδες και ακτινοδιαπερατό υλικό, αντιστατικό, χωρίς velcro, ώστε να διευκολύνονται κατά το δυνατόν ο καθαρισμός και η απολύμανση.
- 3.** Να παρέχεται η δυνατότητα στα τμήματα κεφαλής και ποδιών να εναλλάσσονται μεταξύ τους και να προσαρμόζονται χειροκίνητα ευχερώς αναλόγως με τις ανάγκες των επεμβάσεων.
- 4.** Καθ'όλο το μήκος της χειρουργικής επιφάνειας στα πλάγια να υπάρχουν ράγες και στις δύο πλευρές για την στήριξη των εξαρτημάτων.
- 5.** Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να έχει μήκος τουλάχιστον 210 cm και πλάτος τουλάχιστον 55 cm. Να είναι ακτινοδιαπερατή καθ'όλο το μήκος της και να διαθέτει σύστημα ακτινολογικής κασέτας με υποδοχή (κανάλι) προσβάσιμο και από τα δύο άκρα.
- 6.** Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα η άλλο ισοδύναμο κράμα υψηλής αντοχής, για να εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση, η αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η ευκολία στον καθαρισμό της. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο που να είναι ανθεκτικό στην οξειδωση και να είναι καλυμμένη με συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις εκδορές και στα απολυμαντικά υγρά.
- 7.** Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση με 4 αντιστατικούς τροχούς. Η σύνδεση της βάσεως με την χειρουργική επιφάνεια να επιτυγχάνεται με τηλεσκοπική κολώνα, χωρίς πλαστικά πτυσσόμενα τμήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την απολύμανση.
- 8.** Να προσφέρονται μαζί με την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήματα:
 - α) Αναισθησιολογικό τόξο
 - β) Δύο στηρίγματα βραχιόνων
 - γ) Ζεύγος υποστηρίξεως ποδιών τύπου μπότας με υδρο ή αεροπνευματικό μηχανισμό
 Τα ανωτέρω εξαρτήματα να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους σφιγτήρες.
- 9.** Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται με ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο 220 Volt/50Hz, αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας 40-50 ωρών. Ο χειρισμός της να επιτυγχάνεται με ενσύρματο χειριστήριο με ευκρινείς ενδείξεις.
- 10.** Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου της:
 - α) Κίνηση καθ' ύψος: 70 – 100 εκ
 - β) Trendelenburg-antitrendelenburg: $\pm 30^\circ$ τουλάχιστον
 - γ) Κίνηση tilt (πλαιινή κίνηση): $\pm 15^\circ$ τουλάχιστον
- 11.** Μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου της να πραγματοποιεί κλίση πλάτης- λεκάνης από $+80^\circ$ έως -35°
- 12.** Να παρέχει χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - α) Κίνηση τμήματος ποδιών από $+50^\circ$ έως -100° τουλάχιστον
 - β) Κίνηση τμήματος κεφαλής $\pm 45^\circ$ τουλάχιστον
- 13.** Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς έως 250 κιλών και να εκτελεί με το βάρος αυτό όλες τις κινήσεις.
- 14.** Να φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστικός οίκος να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και 13845.
- 15.** Ο προμηθευτής του μηχανήματος θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής αποφάσεως Δ.Υ. 8δ/Γ.Π.1348/04, «περί καθορισμού συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.
- 16.** Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα τα ανωτέρω και να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κάλυψη καθεμιάς προδιαγραφής.
- 17.** Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.