


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Γεωργία Μπαίλα
 Τηλέφωνο: 2132088715
 Φαξ: 2132088716
 Email: gbaila@hippocratio.gr

Αθήνα, 14/12/2017
Α.Π.:19764/18-12-2017

Θέμα: «Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/8-8-16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών [προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
2. Τον Ν.4497/13-11-2017 (Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
5. Την υπ. αρ. 14515/26-09-2017 (Ορθή Επανακοινοποίηση) Απόφαση Διοικήτριας για ορισμό Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. (ΑΔΑ: 73ΛΑ4690ΩΣ-ΕΝΜ).
6. Τις υπ. αρ. πρωτ. 16597/31-10-17 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής προδιαγραφών.
7. Την υπ. αρ. 17295/09-11-17 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης. (ΑΔΑ: Ψ77Η4690ΩΣ-Η07)
8. Την υπ. αρ. 17860/17-11-17 επιστολή της εταιρείας «ΜΑΖΜΕΔΙΚΑΛ».
9. Την υπ. αρ. 17859/17-10-17 επιστολή της εταιρείας «ΡΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ».
10. Το υπ. αρ. 18583/29-11-17 διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την Επιτροπή.
11. Το υπ. αρ. 19204/08-12-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω (7) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις 17-11-2017.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών/ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **Παρασκευή 22/12/2017 στις 15:00μ.μ.** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: **gbaila@hippocratio.gr**.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκομείο θα διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.400,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Δύο(2) σελίδες

- Το υπ. αρ. 19204/08-12-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Αναδιαμορφωμένων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Εσωτερική Διανομή

-Τμήμα Προμηθειών

**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ**

1. Να προσφερθεί εξειδικευμένο κρεβάτι ψηφιακής στερεοτακτικής βιοψίας μαστού σε πρηνή θέση, στο οποίο θα πραγματοποιούνται βιοψίες ανεξάρτητα από το μηχάνημα μαστογραφίας.
2. Να είναι εργονομική και να παρέχει δυνατότητα προσέγγισης της βλάβης από όλες τις κατευθύνσεις (360°) στον μαστό της ασθενούς.
3. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη τράπεζα ασθενούς, που να δέχεται μέγιστο βάρος τουλάχιστον 130Kg.
4. Να διαθέτει εύχρηστο σύστημα υπολογισμού καρτεσιανών συντεταγμένων μέσω WINDOWS.
5. Να διαθέτει μηχανικό και χειροκίνητο σύστημα συμπίεσης του μαστού.
6. Να συνεργάζεται με το σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας και να υπάρχει δυνατότητα αποστολής εικόνων από την διαγνωστική κονσόλα του ψηφιακού μαστογράφου στην κονσόλα της τράπεζας βιοψίας.
7. Να συνοδεύεται από ειδικά ανοιχτά πίεστρα, πίεστρο διάτρητο, πίεστρο υπερήχου και πίεστρο εντοπισμού.
8. Να συνοδεύεται από κατάλληλους οδηγούς βιοψίας, όπως για βελόνες 14G, FNA, Magnum.
9. Το σύστημα βιοψίας μαστού το οποίο συνοδεύει το στερεοτακτικό τραπέζι να διαθέτει:
 - α) συμβατότητα λειτουργίας με το προσφερόμενο στερεοτακτικό σύστημα.
 - β) δυνατότητα αφαίρεσης ολόκληρης της περιοχής της βλάβης σε ένα ενιαίο τεμάχιο.
10. Το τραπέζι βιοψίας να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακό ανιχνευτή άμεσης μετατροπής ακτίνων X σε ψηφιακό σήμα προκειμένου να έχει δυνατότητα να εντοπίζει τις βλάβες που έχουν ήδη εντοπιστεί στον ψηφιακό μαστογράφο.
11. Για πλήρη συνεργασία με τον μαστογράφο τομοσύνθεσης του Νοσοκομείου, να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και πραγματοποίησης βιοψίας μέσω τεχνικής τομοσύνθεσης (3D biopsy). Να προσφερθεί προς επιλογή η εν λόγω δυνατότητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού Οίκου.
2. Όλα τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE MARK και να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001 της υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (Διακίνηση ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων)
3. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών καθώς και πρόγραμμα συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, μετά το τέλος του χρόνου εγγύησης.
4. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή για παροχή ανταλλακτικών για 10 χρόνια.