

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: ΧΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
 Τηλ.: 2132088715
 Fax: 2132088716
 Email: lenach@hippocratio.gr

Αθήνα, 11-2-2019
 Α.Π.: 2387/12-2-19

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός κλιβάνου αποστείρωσης ατμού – τύπου κασέτας για το ΩΡΛ ιατρείο του Νοσοκομείου (CPV:33152000-0 Κλίβανος) προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4542/2018 (95Α΄) άρθρο τέταρτο §2β
2. Το Ν.4472/2017 (Α΄ 74) όπως ισχύει
3. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) άρθρα 46,47».
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Η υπ. αρ. 14823/1-10-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός κλιβάνου αποστείρωσης ατμού – τύπου κασέτας για το ΩΡΛ ιατρείο του Νοσοκομείου (CPV:33152000-0 Κλίβανος) προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
6. Το υπ. αρ. 829/18-1-2019 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός κλιβάνου αποστείρωσης ατμού – τύπου κασέτας για το ΩΡΛ ιατρείο του Νοσοκομείου (CPV:33152000-0 Κλίβανος) προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως αυτές καταρτίστηκαν με το υπ. αρ 829/18-1-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www. Hippocratio.gr](http://www.Hippocratio.gr) (Θέματα Προμηθειών⇒Προμήθειες⇒Διαβουλεύσεις)
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και Ώρα 15:00 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lenach@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός κλιβάνου αποστείρωσης ατμού – τύπου κασέτας για το ΩΡΛ Ιατρείο του Νοσοκομείου (CPV:33152000-0 Κλίβανος) προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν:

1. Το υπ. αρ 829/18-1-2019 πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών

Εσωτερική διανομή:

1. Υποδιευθύντρια Οικονομικού
2. Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1.- Ο κλίβανος να είναι νέας τεχνολογίας και σχεδιασμένος βάσει των Ευρωπαϊκών και Διεθνών STANDARDS για τους επιτραπέζιους κλιβάνους αποστείρωσης, EN 13060, ISO και CE-Mark.
- 2.- Να είναι μικρών διαστάσεων περίπου 60cm x 40cm x 20cm και μικρού βάρους.
- 3.- Να είναι κατάλληλος για αποστείρωση συμπαγών, κοίλων & κυρτών εργαλείων, θερμοευαίσθητων αλλά και άκαμπτων ενδοσκοπίων.
- 4.- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παραγωγής ατμού με θετική πίεση.
- 5.- Ο συντομότερος διαθέσιμος S κύκλος μιας πλήρους αποστείρωσης να μην υπερβαίνει τα έντεκα (11) λεπτά.
- 6.- Να διαθέτει περίπου επτά(7) προγράμματα για αποστείρωση εργαλείων με εύρος θερμοκρασίας από 121°C έως 134° C.
- 7.- Να διαθέτει ξεχωριστό πρόγραμμα για στέγνωμα των εργαλείων μετά την αποστείρωση διάρκειας έως 60 λεπτών. Να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διακόψει το πρόγραμμα στεγνώματος όταν το επιθυμεί.
- 8.-Να περιλαμβάνεται στο σύστημα ένας(1) αποσπώμενος θάλαμος αποστείρωσης ενδοσκοπίων τύπου κασέτας με προστατευτικές θήκες από σιλικονούχο λάστιχο για ενδοσκόπια διαμέτρων 2.8mm-10mm. Οι διαστάσεις του αποσπώμενου θαλάμου να είναι περίπου 60cm x 20cm x 10cm και να διαθέτει ενσωματωμένη χειρολαβή για την ασφαλή μεταφορά του.
- 9.- Να διαθέτει φίλτρο αέρα και μικροβιολογικό φίλτρο.
- 10.-Να αναφέρονται οι τιμές των kit συντήρησης του μηχανήματος
- 11.- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
- 12.- Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών και τεχνικών για την σωστή λειτουργία του μηχανήματος.