


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα
 Τηλέφωνο: 213 2088715
 Φαξ: 213 2088716
 Email: gbaila@hippocratio.gr

Αθήνα, 03.11.2017
 Α.Π.:17295/09-11-2017

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη «διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
5. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
6. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
7. Η υπ. αρ. 14515/26.09.2017 Ορθή Επανακοινοποίηση Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού της Μονάδας Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί). (ΑΔΑ:73ΛΑ4690ΩΣ-ΕΝΜ).
8. Το υπ. αρ. 16597/31.10.2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την επιτροπή Σύνταξης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.400,00€, όπως αυτές καταρτίστηκαν με το υπ. αρ. 16597/31.10.2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών⇒Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) της Μονάδας Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου στερεοτακτικού συστήματος βιοψίας μαστού του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: Δύο (2) σελίδες

Εσωτ. Διανομή:

-Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1. Να προσφερθεί εξειδικευμένο κρεβάτι ψηφιακής στερεοτακτικής βιοψίας μαστού σε πρηνή θέση, στο οποίο θα πραγματοποιούνται βιοψίες ανεξάρτητα από το μηχάνημα μαστογραφίας.
2. Να είναι εργονομική και να παρέχει δυνατότητα προσέγγισης της βλάβης από όλες τις κατευθύνσεις (360°) στον μαστό της ασθενούς.
3. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη τράπεζα ασθενούς, που να δέχεται μέγιστο βάρος τουλάχιστον 130Kg.
4. Να διαθέτει εύχρηστο σύστημα υπολογισμού καρτεσιανών συντεταγμένων μέσω WINDOWS.
5. Να διαθέτει μηχανικό και χειροκίνητο σύστημα συμπίεσης του μαστού.
6. Να συνεργάζεται με το σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας και να υπάρχει δυνατότητα αποστολής εικόνων από την διαγνωστική κονσόλα του ψηφιακού μαστογράφου στην κονσόλα της τράπεζας βιοψίας.
7. Να συνοδεύεται από ειδικά ανοιχτά πίεστρα, πίεστρο διάτρητο, πίεστρο υπερήχου και πίεστρο εντοπισμού.
8. Να συνοδεύεται από κατάλληλους οδηγούς βιοψίας, όπως για βελόνες 14G, FNA, Magnum.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού Οίκου.
2. Όλα τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE MARK και να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001 της υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (Διακίνηση ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων)
3. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών καθώς και πρόγραμμα συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, μετά το τέλος του χρόνου εγγύησης.
4. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή για παροχή ανταλλακτικών για 10 χρόνια.