


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα
 Τηλέφωνο: 213 2088715
 Φαξ: 213 2088716
 Email: gbaila@hippocratio.gr

Αθήνα, 27.11.2017
 Α.Π.:18611/29-11-2017

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί)»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Το ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη «διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
5. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
6. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
7. Η υπ. αρ. 16352/25.10.2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί).(ΑΔΑ: ΩΡΙΘ469ΩΣ-ΝΦΙ)
8. Το υπ. αρ. 17917/20-11-2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί), προϋπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών⇒Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) τροχήλατου ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) προϋπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

Συν.: Μία (1) σελίδα

Εσωτ. Διανομή:

-Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM.

ΓΕΝΙΚΑ

Ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα τροχήλατο τύπου C-ARM της πλέον πρόσφατης παραγωγής, με ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας γενεάς, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, σταθμό μελέτης κατάλληλο για υποβοήθηση επεμβάσεων κακοήθων νόσων της Γενικής Χειρουργικής (όγκοι χοληφόρων, ήπατος, παγκρέατος κ.λ.π.), πολλαπλές αγγειογραφικές εξετάσεις περιφερικών αγγείων, αντιμετώπιση αγγειακών νόσων (Ανευρύσματα Αορτής), ουρολογικές επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος και επεμβατικές πράξεις του ιατρείου πόνου.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το συγκρότημα να αποτελεί ενιαίο σύνολο, εδρασμένο σε τροχήλατη βάση με σύστημα ακινητοποίησης, θα περιλαμβάνει δε:

1. Γεννήτρια ακτίνων Χ με χειριστήριο.
2. Τροχήλατο C-ARM με οθόνη προεπισκόπησης μετά ακτινολογικής λυχνίας και ψηφιακού ανιχνευτή διαμέτρου > 30cm.
3. Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, όπου θα εδράζονται δύο (2) Monitors, σύστημα αποθήκευσης και ψηφιακά μέσα εγγραφής.
4. Εξεταστική τροχήλατη Χειρουργική Τράπεζα Ακτινοδιαπερατή. Πλέουσα επιφάνεια (κατά μήκος/πλάτος/διαγώνια) με δυνατότητα trendelenburg. Κατάλληλη για εξετάσεις, ενδοαγγειακών παρεμβάσεων, για DSA, roadmap τεχνικής.
5. Σύστημα αυτόματου εγχυτή.
6. Εγγυήση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.