

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ. 149/2022 Διακήρυξης, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171121) για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος, παραγώγων αίματος, μוסχευμάτων και λοιπού βιολογικού υλικού) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ΣΧΕΤ: Το υπ. αρ. 20696/1-12-2022 πρακτικό της επιτροπής των τεχνικών προδιαγραφών

Αναφορικά με την ανωτέρω Διακήρυξη και κατόπιν σχετικού ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, διευκρινίζεται από την αρμόδια επιτροπή ότι:

1. Όσον αφορά τον αριθμό οχημάτων που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος για να καλύψει τις επείγουσες και μη ανάγκες του Νοσοκομείου, θα κρίνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο.

2. Όσον αφορά τον θάλαμο συντήρησης βιολογικών υλικών και παρακολούθηση της θερμοκρασίας:

i) Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να καλύπτει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε είδος που θα μεταφέρεται με την ορθή λειτουργία του να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και πρέπει να φέρει πιστοποίηση από α) WHO για μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών και β) κατά ADR για μεταφορά μολυσματικών ή ύποπτων σχετικά βιολογικών υλικών. Η ψυκτική αλυσίδα να διατηρείται σταθερή και κατά την μεταφορά από και προς τα οχήματα με κατάλληλα φορητά μέσα.

ii) Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας να γίνεται με ειδικές πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής της σε πραγματικό χρόνο. Το καταγραφικό χαρτί να είναι σε σημείο του οχήματος προσβάσιμο για έλεγχο και συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό/μεταφορέα και να διαθέτει οθόνη ψηφιακής ένδειξης, συναγερμό και 24ωρη συνεχή καταγραφή.

Σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς βιολογικού προϊόντος σε διαφορετικές θερμοκρασίες θα πρέπει το όχημα μεταφοράς να διαθέτει την τεχνική αυτή δυνατότητα/προδιαγραφή και μέριμνα του αναδόχου.

Οι ενδεδειγμένες και απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας για την μεταφορά βιολογικού υλικού της Αιμοδοσίας με βάση το επιστημονικό πρωτόκολλο, είναι οι ακόλουθες:

Ολικό αίμα: 2-6 °C

Συμπυκνωμένα/λευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια : 2-6 °C

Αιμοπετάλια Κοκκίοκυτταρα : 20-24 °C

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο : -20 έως -35 °C

3.Όσον αφορά την έκδοση παραστατικών για την μεταφορά βιολογικού υλικού, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- ✓ Υποδιεύθυνση Οικονομικού
- ✓ Τμήμα προμηθειών