

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Διφασικός εξωτερικός απινιδωτής - εξωτερικός διαθωρακικός βηματοδότης.
- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση.
- Πριν από κάθε χρήση η συσκευή να πραγματοποιεί Self Test μερικών δευτερολέπτων.
- Η λειτουργία της απινίδωσης να γίνεται χειροκίνητα, με επιλογές ενέργειας εξόδου: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 Joule.
- Να εκτελεί σύγχρονη και ασύγχρονη απινίδωση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα AHA/ERC, ενώ σε περίπτωση αλλαγής τους να πραγματοποιείται εύκολη αναβάθμιση οδηγιών μέσω της κάρτας μνήμης.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο ΗΚΓ 3/6 καναλιών, με απαγωγές I, II, III, aVL, aVF, aVR και εύρος μέτρησης παλμών 30-300 bpm.
- Να διαθέτει υψηλής ανάλυσης οθόνη στην οποία να απεικονίζονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις.
- Οπτικοακουστικός συναγερμός (alarm) για τις ενδείξεις των καρδιακών παλμών, της απινίδωσης, της μπαταρίας, της μνήμης κτλ.
- Ο απινιδωτής να συνοδεύεται με ηλεκτρόδια απινίδωσης (pads) ενηλίκων.
- Να έχει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή με επιλογή ταχύτητας καταγραφής 25mm/sec ή 50mm/sec.
- Να λειτουργεί με ρεύμα 220V και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ ώστε να είναι έτοιμος προς χρήση.
- Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία. Η ανταπόκριση του προμηθευτή, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης, να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες.
- Να δοθεί πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση.
- Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές και οι απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας.
- Να μπορεί να υποστηριχθεί με ανταλλακτικά για δέκα τουλάχιστον έτη.