

**«Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  
Για την προμήθεια Εξοπλισμού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής».**

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

*Έχοντας υπόψη:*

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ.αριθ.7278/23.04.2014 έγγραφο του Διευθυντή Α΄ Παν/κης Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Καθηγητή κ. Αρ.Αθανασιάδη-Σισμάνη και του Καθηγητή κ. Ι. Σέγγα σχετικά με τον **Εξοπλισμό της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής**, με προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης /03.12.13 (θέμα 3<sup>ο</sup>) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
4. Την υπ. αρ. 8726/14.05.14 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης.
5. Τις υπ. αρ. 9071/20.05.14, 9152/21.05.14 έγγραφες παρατηρήσεις των εταιρειών GETRIMENT ΕΠΕ, PROTON .
6. Το υπ. αρ. 9787/30.05.14 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια **Εξοπλισμού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής**, όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης ,η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω ( 4 ) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 20.05.14.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.hippocratio.gr](http://www.hippocratio.gr) (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 15.00πμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, με προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ**

**Συνημμένα:**

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.1)

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΥΣΗ.

Τα μηχανήματα και τα συνοδά εξαρτήματα να είναι πλήρη, καινούργια, αμεταχειρίιστα, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην Τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

1. Η γεννήτρια περιστροφικού μηχανισμού να είναι πολυλειτουργική
2. Να μπορεί να είναι συνεχόμενη η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής.
3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής να είναι προεπιλεγόμενη για την αποφυγή λάθους.
4. Να έχει υψηλή δύναμη περιστροφής σε οποιαδήποτε ταχύτητα.
5. Να μπορεί να αποθηκεύει ανάλογα με το είδος της επέμβασης τον αριθμό των στροφών ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.
6. Να έχει τρόμπα πλύσης η οποία να είναι ενσωματωμένη στο μηχάνημα ,ρυθμιζόμενη ηλεκτρονικά η ροή του νερού από την ψηφιακή οθόνη, ανεξάρτητα των στροφών λειτουργίας του οστεογλυφάνου.
7. Οι ενδείξεις του να είναι ψηφιακές,εύκολα ορατές,φωτιζόμενες, αναγραφόμενες στην πρόσοψη η οποία να είναι λεία για εύκολο καθαρισμό.
8. Η οθονη χειρισμού να είναι αφής ψηφιακή και να έχει και το μενου στην Ελληνική γλώσσα
9. Να μπορεί να γυρνάει δεξιά,αριστερά,δεξιά και αριστερά εναλλάσσοντας φορά περιστροφής με συχνότητα από 0,8 Hz έως 2 Hz.
10. Να παίρνει σετ σωληνώσεων μιας χρήσης αλλά και πολλαπλών χρήσεων για οικονομία του νοσοκομείου.
11. Η έναρξη περιστροφής να γίνεται μαλακά.
12. Το εύρος περιστροφής να είναι από 150 στροφές το λεπτό μέχρι τις 40.000 στροφές ανά λεπτό.
13. Να έχει σύστημα ψύξης του μοτέρ.
14. Η αντλία πλύσης να έχει ισχύ από 600ml/h έως 1.680ml/h.
15. Η ωτοχειρουργική χειρολαβή να είναι κεκαμένη για να είναι εργονομική.
16. Να συνοδεύεται από αποσπώμενο καλώδιο και κινητήρα ωτοχειρουργικών λαβών, δυνατότητας 0-40.000 στροφών το λεπτό.
17. Να συνοδεύεται από δική του εργονομική λαβή πολυποδοφάγου, με ενσωματωμένη αναρρόφηση.
18. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη πολλαπλών λειτουργιών (πολυλειτουργικό).
19. Απαραίτητα να δέχεται και άλλες χειρολαβές εκτός από οστεοτόμους αυτιού,δερμοτόμους,μικροοστεοτόμους για παρραρίνιους κόλπους,χωρίς να δημιουργείται η ανάγκη αγοράς καινούργιου μηχανήματος από το Νοσοκομείο.

### Γενικά

Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική.(Πιστοποιημένα medical grate συσκευές).

Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 10 έτη.

Να κατατεθεί επιστολή του ξένου οίκου ότι δέχεται να προμηθεύσει τα υλικά σε περίπτωση κατακύρωσης.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.