

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.: 115 27
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2088715
Φαξ: 213 2088530
Email: prom@hippocratio.gr

Αθήνα, 26 .02.2015

Α.Π.:3079/26-02-15

«Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Εργαλείων και Ιατρικών Συσκευών» (CPV 33190000-8) ».

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης /03.12.13 (θέμα 3^ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
3. Την υπ. αρ. 527/14.01.15 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης.
4. Τις υπ. αρ. 713/16.01.15, 884/20.01.15 έγγραφες παρατηρήσεις των εταιρειών Α.Π.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ, GE HEALTHCARE S.A.
5. Το υπ. αρ. 1803/03.02.15 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια **Διαφόρων Ιατρικών Εργαλείων και Ιατρικών Συσκευών** , όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης ,η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 20.01.15.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 2^η Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός

Ο ΑΝΑΠΛΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
1	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10
2	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ ΒΑΥΟΝΕΤ 16cm	7
3	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ ΒΑΥΟΝΕΤ 19cm	8
4	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	20
5	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΩΤΟΛΑΒΙΔΕΣ HARTMAN 6mm	2
6	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΩΤΟΛΑΒΙΔΕΣ HARTMAN 8mm	2
7	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΩΤΟΛΑΒΙΔΕΣ HARTMAN 10mm	2
8	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 10cm 1,6mm	2
9	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 10cm 2mm	2
10	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 10cm 2,3mm	2
11	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 1,6mm	2
12	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 2mm	2
13	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 2,3mm	2
14	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ FRAZIER 2,6mm	2
15	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Νο 5	10
16	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Νο 6	10
17	ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ STORZ) - ΕΛΑΦΡΥ - ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΡΟΥΣ ΦΩΤΟΣ 3-20cm ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΣΜΟΥ 40cm - ΜΕ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,5mm ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 23°cm - Ο ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΟΡΕΑ CE MARK - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ SERVICE ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ	1
18	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ BARON 75mm Νο 3	5
19	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ BARON 75mm Νο 5	8
20	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ BARON 75mm Νο 7	3
21	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ FRAZIER ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 7FR (2,3mm)	10
22	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ FRAZIER ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9FR (3,0mm)	4
23	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ ΤΥΠΟΥ KILLIAN ΜΗΚΟΥΣ 35mm	5
24	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ ΤΥΠΟΥ KILLIAN ΜΗΚΟΥΣ 75mm	2
25	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΥΟΝΕΤ 16cm	4
26	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΥΟΝΕΤ 19cm	4
27	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ HARTMAN ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5,5mm (MEDIUM)	10
28	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ HARTMAN ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6,5mm (LARGE)	10
29	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΓΥΑΛΙΑ FRENZEL ΙΛΙΓΓΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	1
30	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΛΑΡΥΓΓΟΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 20cm ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ	1
31	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Νο 5	5
32	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Νο 6	5
33	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ	3
34	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΕΥΘΕΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	5
35	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΓΩΝΙΑΚΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	10
36	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΨΑΛΙΔΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ	4
37	ΩΡΛ-ΚΛΙΝΙΚΗ	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ STORZ) - ΕΛΑΦΡΥ - ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΡΟΥΣ ΦΩΤΟΣ 3-20cm ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΣΜΟΥ 40cm - ΜΕ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,5mm ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 23°cm - Ο ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΟΡΕΑ CE MARK - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ SERVICE ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ	1

38	ΩΡΛ-ΤΕΙ	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΛΑΡΥΓΓΑ, ΑΥΤΙΟΥ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 85° ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ 5-50 mm - Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3,6mm ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ 3,4mm - ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 300mm ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 520-530mm - ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΩΝΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 130° ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ 130° ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙ-FOGGING ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΦΕΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΗΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ STANDARDS ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CE-Mark - ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	1
39	ΩΡΛ-ΤΕΙ	ΛΑΒΙΔΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΩΤΩΝ ΚΡΟΚΟΔΕΛΕ ΤΥΠΟΥ HARTMAN	2
40	ΩΡΛ-ΤΕΙ	ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΩΝ	1
41	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ STORZ) - ΕΛΑΦΡΥ - ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΡΟΥΣ ΦΩΤΟΣ 3-20cm ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΣΜΟΥ 40cm - ΜΕ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,5mm ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 23°cm - Ο ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΟΡΕΑ CE MARK - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ SERVICE ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ	2
42	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ TOUR ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(NSK SURGIC XT) ΩΡΛ ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ	2
43	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 360° ΚΕΚΑΜΕΝΗ ΚΑΤΩ 90° ΤΥΠΟΥ FLAMINGO ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝΑΣ 120° ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10cm	1
44	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ GORNEY ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 3 ΧΙΛ ΜΗΚΟΥΣ 19cm	2
45	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	PROBE ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 19cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΚΡΩΝ 1,2 & 2,0 ΧΙΛ	1
46	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΣΙΤΤΕΛΙ ΣΦΗΝΟΔΟΕΙΔΟΥΣ ΛΕΠΤΟ ΤΥΠΟΥ McKenty ΚΟΠΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 360° ΠΛΑΤΟΥΣ 2 ΧΙΛ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14,5cm	1
47	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ BLAKESLEY ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2 (4ΧΙΛ) ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11cm	1
48	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ BLAKESLEY ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΚΕΚΑΜΕΝΗ 45° ΑΝΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 (3,5ΧΙΛ) ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11cm	1
49	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ BLAKESLEY WILDE ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΑ ΚΕΚΑΜΕΝΗ 45° ΑΝΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11cm	1
50	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ BLAKESLEY ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΑ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 1 (3,5ΧΙΛ) ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10cm	1
51	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΤΡΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10cm	1
52	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΤΡΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10cm	
53	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 360° ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10cm	1
54	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΕ 360° ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4,5 ΧΙΛ	1
55	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΕ 360° ΚΕΚΑΜΕΝΗ ΑΝΩ 65° ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,5 ΧΙΛ	1
56	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ BLAKESLEY ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 (3,5 ΧΙΛ) ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11cm	1
57	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΕΥΘΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13cm	1
58	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13cm	1
59	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΔΕΞΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13cm	1
60	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΕΚΑΜΕΝΗ ΑΝΩ 55° ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 2 ΧΙΛ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14,5cm	1
61	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GIRAFFE ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 4 ΧΙΛ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΕΚΑΜΕΝΗ ΑΝΩ 55°	1
62	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΧΡΣ MAGNUM II ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΦΑΓΟΥ	1

63	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	PROBE ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΚΑΜΕΝΟ	1
64	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΤΥΠΟΥ LINDHOLIUM ΜΗΚΟΥΣ 24cm	1
65	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5mm	1
66	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,5mm	1
67	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ	1
68	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ BENJAMIN-HAVAS	1
69	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 16cm	1
70	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 14cm	1
71	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 18cm	1
72	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 18cm	1
73	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 20cm	1
74	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΔΕΞΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 20cm	1
75	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ LASER 23cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm	1
76	ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ LASER 23cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 7mm	1
77	ΟΦΘ/ΚΟ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΚΡΥΠΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΥΟΔΙΟ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ	1
78	ΤΕΙ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΑΒΗΤ/ΚΟ	ΖΩΝΗ ΤΑΡΥΖ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΗΨΗ ΗΚΓ 6 ΑΠΑΓΩΓΩΝ	1
79	ΤΕΙ ΠΑΡ/ΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ -35C ΕΩΣ +50C	1
80	ΤΕΙ ΠΑΡ/ΜΑ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ LED	1
81	ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔ/ΚΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ - Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ LCD ΟΘΟΝΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4.7" ΙΝΤΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΗΚΓ ΑΝΑ ΤΡΕΙΣ (3). - ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΛΗΨΗ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ CABRERA Η STANDARD. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 5/10/20 MM/MV - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5/10/25/50 MM/SEC. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 10SEC ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ (1) ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΗΚΓ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ FREEZE ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ ΗΚΓ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΥΪΚΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ HIGH PASS 0.5HZ. - ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ 58MM, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΜΙΑ (1) Η ΑΝΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΙΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΗΚΓ.- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΥ.- ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ 220V/50HZ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣΚΑΙ 2.5 ΩΡΩΝ.- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 10 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ, ΑΠΟ 6 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ, 4 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ, GEL.- ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΕ USER MANUAL.- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK. ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ STANDARDS 93/42 EEC, EN60601-1, EN60601-1-2, IEC 601-2-25, CASE; IP 20- ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ (2) ΔΥΟ ΕΤΩΝ.- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ, USER MANUAL)	1
82	ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔ/ΚΗ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	1
83	ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ	ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ AIRTRAD ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (50 ΧΡΗΣΕΙΣ) ΟΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	1

84	ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ	ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ AIRTRAD ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΗΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	1
85	ΤΕΠ ΚΑΡΔ/ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	MONITOR (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR -ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ MONITOR ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΟΠΩΣ FREEZE ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ, RECORD ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NIBP. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ.- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ TFT LCD ΟΘΟΝΗ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8" ΙΝΤΣΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΗΚΓ ΜΕ 5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, HR, SPO2, NIBP, RESP, TEMP.- Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΠΧ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.- Η ΜΟΝΑΔΑ ΗΚΓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ.-ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΗΚΓ ΚΑΙ ΜΙΑ SPO2-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2.5/5/10/40 ΜΜ/ΜV-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ 12.5/25/50 ΜΜ/SEC- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 10MIN ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ ΗΚΓ- ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 120 ΩΡΕΣ TRENDS- ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΙΑ (1) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LEAD ACID ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΩΡΩΝ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220 V/50HZ- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΜΥΪΚΟΥ ΤΡΟΜΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΗΚΓ-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ NIBP, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ STAT, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10-270ΜΜΗG, ΠΑΙΔΩΝ 10-235ΜΜΗG ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ 10 - 135ΜΜΗG. ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.-ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΝΑ 1MIN ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ 90MIN ΚΑΙ ΑΝΑ 2, 4, 8 ΩΡΕΣ.-ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 600 GROUPS ΤΙΜΩΝ NIBP- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ SPO2, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 0-100% ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ +/-2% ΑΠΟ 70-100%.-Η ΜΟΝΑΔΑ SPO2 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ, ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ESU. ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΜΩΝ 25-150 BPM- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ RESP ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 0-120BPM (MAX 180BPM)-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ TEMP ΕΝΟΣ (1) ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΑΠΝΟΙΑΣ.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ.- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΑ-ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ 3.5KGR- ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΝΕ ΤΙΣ 260 X 210 X 180 MM- ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ.-ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ETCSO2 SIDESTREAM Η MAINSTREAM.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ Η ΑΣΥΡΜΑΤΑ.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK- ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ USER MANUAL.-ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ, USER MANUAL)	1

86	ΜΕΘ 4ος	ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR -ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ MONITOR ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΟΠΩΣ FREEZE ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ, RECORD ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NIBP. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ.- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ TFT LCD ΟΘΟΝΗ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8" ΙΝΤΣΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΗΚΓ ΜΕ 5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, HR, SPO2, NIBP, RESP, TEMP.- Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΠΧ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.- Η ΜΟΝΑΔΑ ΗΚΓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ.-ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΗΚΓ ΚΑΙ ΜΙΑ SPO2-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2.5/5/10/40 ΜΜ/ΜV-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ 12.5/25/50 ΜΜ/SEC- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 10ΜΙΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ ΗΚΓ- ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 120 ΩΡΕΣ TRENDS- ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΙΑ (1) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LEAD ACID ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΩΡΩΝ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220 V/50HZ- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΜΥΪΚΟΥ ΤΡΟΜΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΗΚΓ-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ NIBP, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ STAT, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10-270ΜΜΗΓ, ΠΑΙΔΩΝ 10-235ΜΜΗΓ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ 10 - 135ΜΜΗΓ. ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.-ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΝΑ 1ΜΙΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ 90ΜΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑ 2, 4, 8 ΩΡΕΣ.-ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 600 GROUPS ΤΙΜΩΝ NIBP- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ SPO2, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 0-100% ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ +/-2% ΑΠΟ 70-100%.-Η ΜΟΝΑΔΑ SPO2 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ, ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ESU. ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΜΩΝ 25-150 BPM- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ RESP ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 0-120BPM (MAX 180BPM)-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΑ TEMP ΕΝΟΣ (1) ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΑΠΝΟΙΑΣ.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ.- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΑ-ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ 3.5KGR- ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΝΕ ΤΙΣ 260 X 210 X 180 ΜΜ- ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ.-ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ETCSO2 SIDESTEAM Η MAINSTREAM.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ Η ΑΣΥΡΜΑΤΑ.-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK- ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ USER MANUAL.-ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ, USER MANUAL)	1
87	ΜΕΘ 4ος	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ	1
88	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΓΚΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΑ STORI 24FR	5
89	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΓΚΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΑ STORI 27FR	5
90	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	1
91	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	1
92	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ	1
93	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΟΠΤΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ 30° ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4,0mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 302mm ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 134°C ΓΙΑ 18 min	1
94	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ALBARAN ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ KARL STORZ	1
95	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ALBARAN ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ KARL STORZ	1

96	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOLMIUM LASER ΓΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ - ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HOLMIUM: YAG LASER ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 2,1 MM ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 WATT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΛΜΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΜΩΝ 150-850 ΜΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΜΟΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 3-25 HZ. Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 200-400 JOULE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ (DUSTING EFFECT). ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ Η ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ. Η ΙΝΑ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ/ΠΙΛΟΤΟΣ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 532 MM, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ. Η ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΟΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ LASER (ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΠΑΛΜΟΣ, ΙΣΧΥΣ, ΕΝΤΑΣΗ, ΙΝΑ ΚΛΠ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 90 KG. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΙΝΕΣ LASER ΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200-800 MM, ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STAND BY) ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ Ο ΧΕΙΡΗΣΤΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΚΑΜΠΤΑ, ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΖΕΥΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARDS ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΣΟ Ο ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ISO 13485:2003. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ SERVICE ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.	1
97	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΟΠΤΙΚΗ HD - 10mm - 0° - ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ (ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ)	1
98	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5X330mm ΤΥΠΟΥ JOHANN ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	2
99	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5X330mm ΤΥΠΟΥ CLINCH ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	2
100	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5X330mm ΤΥΠΟΥ DESSECTER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	2
101	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	4
102	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 10X330mm ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	5
103	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DESSECTER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	7
104	ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΠΟΥ METZENBAUM 19mm ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ OLYMPUS)	10
105	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 11X110mm CO2 ΤΥΠΟΥ HASSON ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS	1
106	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΠΟΥ HASSON ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ OLYMPUS	1

107	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	STANDARD ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 145mm	10
108	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	STANDARD ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 180mm	10
109	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	STANDARD ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 200mm	10
110	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ CRILE ΚΥΡΤΗ 140mm	10
111	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ BABY MOSQUITOS 100mm	10
112	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΩΝ 145mm	10
113	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΩΝ 160mm	10
114	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΩΝ 180mm	10
115	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΩΝ 250mm	10
116	ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΨΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,16lit	10