



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114

Αθήνα,

Τ.Κ.: 115 27

Α.Π.:10721

Τηλέφωνο: 213 2088715

Φαξ: 2132088716

Email: prom@hippocratio.gr

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1) φορητής ακτινολογικής μονάδας (CPV 33110000-4 Εξοπλισμός Απεικόνισης Ιατρικής) »

Το ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
3. Τις με Α.Π. 7992/3-6-2016 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 2/8/2016 και ώρα 15.00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:prom@hippocratio.gr.
4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου για την Μονάδα Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (CPV 33110000-4 Εξοπλισμός Απεικόνισης Ιατρικής) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.500,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:

ΓΡ.Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- Να είναι ειδικό για χρήση σε θαλάμους ασθενών και χειρουργεία, με όσο το δυνατό μικρότερες διαστάσεις.
- Τομηχάνημα να διαθέτει μικρό βάρος ώστε να διευκολύνει την μεταφορά του απο τον τεχνολόγο ακτινολόγο.
- Το μηχάνημα να συνδέεται σε μονοφασική παροχή 230V/50Hz (παροχή που ισχύει για όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια) με αυτόματη σταθεροποίηση στις διακυμάνσεις δικτύου +/- 10%
- Να είναι ισχύος 4KW-15KV
- Η γεννήτρια να είναι υψηλής συχνότητας(τουλάχιστον 100 kHz).
- Να διαθέτει πίνακα χειρισμού με οθόνη touch screen με ψηφιακή απεικόνιση των ακτινολογικών παραμέτρων με διακόπτες αφής κατά προτίμηση.
- Οι αποδόσεις να είναι 110KV-200 MAS.
- Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει λυχνία περιστρεφόμενης ανόδου(3.000 rpm),διπλοεστιακή 0,6X0,6 mm & 1.3X1,3 mm με θερμοχωρητικότητα ανόδου 375 KJ (506250 HU).
- Να διαθέτει ελάχιστο χρόνο έκθεσης της τάξεως των 0,002 sec.
- Να λειτουργεί με τεχνικές : 3 παραμέτρων, 2 παραμέτρων και ανατομική τεχνική.
- Να διαθέτει αυτόματη σταθεροποίηση σε περιπτώσεις διακυμάνσεων της τάσης δικτύου(+/- 10%)
- Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες προστασίες για την ακτινολογική λυχνία.
- Να διαθέτει ειδικό σύστημα μέτρησης της εστιακής απόστασης
- Να διαθέτει φίλτρο $Al > 2,7mmAl$.
- Να βρίσκεται πάνω σε ειδική ισχυρή βάση με ρόδες που επιτρέπουν την κίνηση προς κάθε κατεύθυνση.
- Περιστροφή της ακτινολογικής λυχνίας περι τον οριζόντιο και κάθετο άξονα της.
Να δωθούν οι μοίρες περιστροφής
- Οποιοδήποτε πλεονέκτημα εκτός των ανωτέρω θα εκτιμηθεί ανάλογα.
- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας, δύο (2) έτη τουλάχιστον.
- Να αναφερθούν νοσοκομεία της χώρας στα οποία λειτουργούν όμοια ή παρόμοια μηχανήματα.

-Να διαθέτει εάν είναι δυνατόν σπαστό βραχίονα φια να διευκολύνεται η μεταφορά του με ανελκυστήρα.

-Με την παράδοση του μηχανήματος θα παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης του μηχανήματος.

-Το προσφερόμενο μηχάνημα να πληροί τα διεθνή στανταρ ασφαλείας και να φέρει ένδειξη CE.

-Να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση 5-6 κασετών διαστάσεων 35X35 για μεταφορά .