



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114

Αθήνα, 14/07/2016

Τ.Κ.: 115 27

Α.Π.:10045

Τηλέφωνο: 213 2088715

Φαξ: 2132088716

Email: prom@hippocratio.gr

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια
Οδοντιατρικού Συγκροτήματος (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί)»**

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
3. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές με τα ζητούμενα είδη ,όπως τις κατέθεσε η ορισθείσα τριμελής επιτροπή με το αρ.πρ.8178/07.06.2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Συγκροτήματος, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 21 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Συγκροτήματος (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.500,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1.ΕΔΡΑ

- Καινούργια
- Ηλεκτρομηχανική λειτουργία κίνησης
- Αν φέρει χερούλι αυτό να διαθέτει ανάκλιση ή και δυνατότητα αφαίρεσης
- Αρθρούμενο κεφαλωτό
- Υλικά αντοχής
- Ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη
- Δυνατότητα απολύμανσης χωρίς κίνδυνο φθοράς των υλικών
- Διακόπτες κίνησης έδρας εργονομικά τοποθετημένοι στην ταμπλέτα ή κατά προτίμηση στην έδρα ή και αλλού
- Στέρηση βάση (να μην μετακινείται εύκολα από την θέση τοποθέτησης της)
- Εύκολη αντικατάσταση ταπετσαρίας επιτόπου
- Ανθεκτική σε βάρος 140 κιλών

2.ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Διαστάσεις το ελάχιστο 40x45cm
- Επιφάνεια επίπεδη κατά το δυνατόν από ανθεκτικό υλικό που να απολυμαίνεται
- Μεγάλο εύρος κίνησης
- Κορδόνι λείο για το micromotor με δυνατότητα απολύμανσης
- Να φέρει γραμμή (κορδόνι) για micromotor
- Η γραμμή για το micromotor μπορεί να είναι και εκτός ταμπλέτας

3.MICROMOTOR

- Ηλεκτρικό micromotor με δυνατότητα περιστροφής μεγαλύτερη ή ίση των 40.000 και ροπή μεγαλύτερη των 6N
- Μπορεί να είναι συνδεδεμένο στη έδρα ή και σε άλλο πρόσφορο σημείο

4.ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ

- Αποσπώμενη λεκάνη απορροής για καθαρισμό
- Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό
- Να είναι αρθρωτό και να απομακρύνεται αρκούντως από την έδρα ώστε να μην παρεμποδίζει τους χειρουργούς που θα βρίσκονται στα δεξιά και αριστερά αυτής

5.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

- Μεγάλο εύρος κίνησης
- Να μπορεί να εστιάζει σε μικρή επιφάνεια
- Να διαθέτει φωτισμό ικανής έντασης ίσης ή μεγαλύτερης των 28000 lux και 5000 kelvin

6. SERVICE-ΕΓΓΥΗΣΗ

- Δυνατότητα επιτόπιου service εντός 24 ωρών
- Πολυετής εγγύηση καλής λειτουργίας
- Το service και το κόστος εργασίας κατά το διάστημα αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή
- Εάν στο διάστημα αυτό προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών αυτά θα βαρύνουν τον προμηθευτή όπως επίσης και το κόστος εργασίας
- Να υπάρχουν αποδεδειγμένα αμέσως διαθέσιμα ανταλλακτικά