

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  
για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη  
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης –επικάλυσης) (CPV 33790000-4  
αναλώσιμου υλικού εργαστηρίων)»**

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

*Έχοντας υπόψη:*

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την υπ. αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 30<sup>ο</sup>) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυσης), προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Τμήματος για δύο (2) έτη περίπου.

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Την κατάσταση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυσης) και τεχνικών προδιαγραφών, όπως εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 30<sup>ο</sup>) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης –επικάλυσης) (CPV 33790000-4 αναλώσιμου υλικού εργαστηρίων) που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2014, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.hippocratio.gr](http://www.hippocratio.gr) (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 06 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [prom@hipprocratio.gr](mailto:prom@hipprocratio.gr).

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014.

**Ο ΑΝΑΓΛΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ**

**Συνημμένα:**

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

### ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- 1) Πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα χρώσης αιματοξυλίνης - ηωσίνης
- 2) Να είναι κλειστού τύπου
- 3) Να βάφει ποσότητα πλακιδίων άνω των 100 / κύκλο
- 4) Να δύναται να λειτουργεί με τα συμβατικά αντιδραστήρια και υποκατάστατα οινόπνευμάτων - ξυλόλης

### ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

- 1) Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα, υγρής επικάλυψης.
- 2) Να έχει υψηλή ταχύτητα λειτουργίας.
- 3) Να δύναται να επικαλύπτει περίπου 250 πλακίδια και πλέον ανά ώρα.
- 4) Να δύναται να χρησιμοποιεί κατάλληλες καλυπτρίδες με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται κάτωθι στις τεχνικές προδιαγραφές αναλωσίμων υλικών.

**Σχόλιο:** Η συνολική διαδικασία να είναι η συντομότερη δυνατή και το αυτόματο σύστημα χρώσεων να έχει δυνατότητα επέκτασης - σύνδεσης με επικαλυπτικό μηχάνημα, προτιμητέο δε είναι το ενιαίο (ένα μηχάνημα χρώσης - επικάλυψης).

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΔΑΠΑΝΗ ΑΥΤΟΥ

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

\* Η αιματοξυλίνη να είναι HARRIS και οξυνισμένη

\*\* Η ηωσίνη να είναι υδατική

\*\*\*Οι καλυπτρίδες να είναι επικαλυπτικού μηχανήματος ψεκασμένες με διαχωριστικό παράγοντα, πάχους 1 mm και διαστάσεων 24X50 mm

**Σχόλιο:** Η μελέτη του αναλώσιμου υλικού αφορά τον υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του εργαστηρίου η αγορά του οποίου έχει γίνει 11-09-2003 (επικαλυπτικό) και 17-06-2002 (μηχάνημα χρώσης).