

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114

Αθήνα, 22-11-2018

Πληροφορίες: Α. Παραστατίδου

Α.Π.:19040

Τηλ.: 2132088724

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Fax: 2132088716

Email: prom@hippocratio.gr

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μηχανήματος επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέττα), επιδαπέδια και σύγχρονη για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
4. Η υπ. αρ. 15080/03-10-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μηχανήματος επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέττα), επιδαπέδια και σύγχρονη για το Παθολογοανατομικό εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»».
5. Το υπ. αρ. 18596/16-11-2018 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μηχανήματος επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέττα), επιδαπέδια και σύγχρονη για το Παθολογοανατομικό εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (θέματα Προμηθειών⇒Προμήθειες⇒Διαβουλεύσεις)

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις **29 Νοεμβρίου 2018, Ημέρα Πέμπτη και Ώρα 15:00 μμ** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την προμήθεια ενός μηχανήματος επεξεργασίας ιστών (ιστοκινέττα), επιδαπέδια και σύγχρονη για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: *Μία (1) σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών*

Εσωτερική διανομή:

- ✓ Υποδ/νση Οικονομικού
- ✓ Τμήμα Προμηθειών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ

- 1 Επιδαπέδια, κλειστού τύπου, πλήρως αυτόματη που να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια απευθείας από τις αρχικές συσκευασίες χωρίς να απαιτείται μετάγγιση, ελεγχόμενη από υπολογιστή.
- 2 Δυνατότητα ημερησίας ταχείας επεξεργασίας και προθέρμανσης χωρίς φθορά των ιστών πάχους έως 10 mm., πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο αλλά και ολονύκτιας επεξεργασίας.
- 3 Χωρητικότητα τουλάχιστον 300 κασέτες.
- 4 Πλήρης τεχνική υποστήριξη, με ανταλλακτικά και εργασία χωρίς πρόσθετο κόστος.
- 5 Αυτόματο προγραμματισμένο κύκλο καθαρισμού παραφίνης.
- 6 Οπτικό/ηχητικό σύστημα Alarm και απομακρυσμένη σύνδεση για πληροφορίες της λειτουργίας.
- 7 Σύστημα ανάδευσης αντιδραστηρίων για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας ανάδευσης.
- 8 Να έχει barcode reader για να δεχθεί τα προγεμισμένα δοχεία.
- 9 UPS και μπαταρία εκτάκτου ανάγκης με διάρκεια άνω της ώρας.
- 10 Πλήρης πίνακας ελέγχου, έγχρωμος (οθόνη).
- 11 Alarm.
- 12 Φίλτρα ενεργού άνθρακα.
- 13 Σύστημα απορρόφησης αναθυμιάσεων.
- 14 USB θύρα.
- 15 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού των παραφινών.
- 16 Τα αντιδραστήρια αυτά (υποκατάστατα να διαθέτουν το διακριτικό σήμα ασφαλείας-μη τοξικότητας).
- 17 Ο θάλαμος επεξεργασίας να είναι θερμαινόμενος , κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό.
- 18 Να έχει συστήματα (φίλτρα) για τις αναθυμιάσεις των διαλυτών.
- 19 Σύστημα αναρρόφησης αναθυμιάσεων κατά το άνοιγμα της πόρτας του θαλάμου.
- 20 Δυνατότητα καθυστερημένης έναρξης της επεξεργασίας (χρονοκαθυστερήση).
- 21 Σύστημα με αυτόματη επανεκκίνηση της διαδικασίας μετά από διακοπή ρεύματος.
- 22 Να διαθέτει πιστοποίηση IVDD 98/79 EC.