



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.: 115 27
Πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα
Τηλέφωνο: 213 2088715
Φαξ: 213 2088716
Email: prom@hippocratio.gr

Αθήνα: 02-04-2019
Α.Π.: 5153

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων (CPV: 30197641-1, Θερμογραφικό χαρτί), Φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5, Φωτοαντιγραφικό χαρτί), Μηχανογραφικού χαρτιού (CPV: 30199330-2, Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών χαρτιών), και Ετικετών (CPV: 30199760-5, Ετικέτες), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.980,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.
5. Η υπ. αρ. 3471/01-03-2019, Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων, Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, Μηχανογραφικού χαρτιού και Ετικετών, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.980,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». (ΑΔΑ:6Σ6Ψ4690ΩΣ-110)
6. Το υπ. αρ. πρωτ. 3565/04-03-2019, Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων, Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, Μηχανογραφικού

χαρτιού και Ετικετών, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.980,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ. αρ. 3565/04-03-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Θέματα Προμηθειών ⇒ Προμήθειες ⇒ Διαβουλεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00μ.μ.** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων, Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, Μηχανογραφικού χαρτιού και Ετικετών, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.980,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: Τρεις (3) σελίδες

-Το υπ. αρ. 3565/04-03-2019, Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.

Εσωτ. Διανομή:

-Υποδιεύθυνση Οικονομικού
-Τμήμα Προμηθειών

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων, Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, Μηχανογραφικού χαρτιού και Ετικετών, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ		
Θερμογραφικό χαρτί για ψηφιακό εκτυπωτή ηλεκτροκαρδιογράφου GE MARQUETTE HELLIGE, PRN50 M, 50mmX30,5m	ΡΟΛΟ	50
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο Cardimax FX-7102, 63mmX75mmX300, του οίκου FUKUDA DENSHI	ΠΑΚ	150
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο PROGETTI EPG JUNIOR, 58mmX25m, του οίκου PROGETTI	ΡΟΛΟ	100
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο SCHILLER CARDIOVIT AT-2 ΚΑΙ CS200, 210mmX280mmX215, του οίκου SCHILLER	ΠΑΚ	70
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο COMEN CM 300, 80mmX20mm, του οίκου COMEN	ΡΟΛΟ	150
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο COMEN CM 300, 80mmX70mm, του οίκου COMEN	ΠΑΚ	30
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο GENERAL MEDITECH C5103B, 80mm, του οίκου GENERAL MEDITECH	ΡΟΛΟ	100
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο ΤΡΙΚΑΝΑΛΟ ECG 300A, 80mmX20mt, του οίκου FAZZINI	ΡΟΛΟ	50
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο SCHILLER AT-101, 80mmX70mmX315, του οίκου SCHILLER	ΠΑΚ	300
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο SCHILLER AT-1, 90mmX90mmX400, του οίκου SCHILLER	ΠΑΚ	100
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο CARDIOFAX ECG 9620, 63mmX30m, του οίκου NIHON KOHDEN	ΡΟΛΟ	80
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο MAC 600, 80mmX90mmX280, του οίκου GENERAL ELECTRIC	ΠΑΚ	320
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο MAC 1200ST, 210mmX150mmX150	ΠΑΚ	20
Θερμογραφικό χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφο HELLIGE CARDIOSMART MAC-1200, 210mmX295mmX150	ΠΑΚ	140
Θερμογραφικό χαρτί για απινιδωτή CARDIOLIFE, 50mmX100mmX300, του οίκου NIHON KOHDEN	ΠΑΚ	200
Θερμογραφικό χαρτί για απινιδωτή CARDIOLIFE TEC 5521/5531, FQS50-2-100, 50mmX100mmX200, του οίκου NIHON KOHDEN	ΠΑΚ	50
Θερμογραφικό χαρτί για απινιδωτή CARDIOLIFE, FQS100-2-140, 110mmX140mmX144, του οίκου NIHON KOHDEN	ΠΑΚ	250
Θερμογραφικό χαρτί για απινιδωτή CARDIOLIFE, RQS63-3, 63mmx30m, του οίκου NIHON KOHDEN	ΡΟΛΟ	450

Θερμογραφικό χαρτί για απινιδωτή MARQUETTE, 210mmX280mmX300	ΠΑΚ	250
Θερμογραφικό χαρτί για υπερηχοκαρδιογράφο VP MITSUBISHI K61B, 110mmX21m	ΡΟΛΟ	10
Θερμογραφικό χαρτί για υπερηχοκαρδιογράφο τύπου SONY UPP-110HD, 110mmx20m	ΡΟΛΟ	1.050
Θερμογραφικό χαρτί για διαθλασίμετρο (ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ) KR-8100 της TOPCON, 55mm	ΡΟΛΟ	60
Β. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ		
Φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 κατάλληλο για ψηφιακούς εκτυπωτές, για εκτυπωτές laser και fax. Βάρος: 80 γρ. +/- 4% ανά M ² Πάχος – Πυκνότητα: 100 μM +/- 4% Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις Σύσταση: Από χημικό πολτό Χρώμα: Λευκό Λευκότητα: Άνω του 90% Αδιαφάνεια: Άνω του 90% Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65% Υγρασία: Σε συνθήκες θερμοκρασίας 22 βαθμών Κελσίου και σχετικής υγρασίας 50% Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα προς την μεγαλύτερη διάσταση Απόκλιση διαστάσεων: 0,75M.M. Γωνία 90 μοίρες ακριβώς Επιφάνεια πλευρών: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα) Συσκευασία: Σε δεσμίδες των 500 φύλλων η καθεμία, περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος.	ΠΑΚ	13.000
Φωτοαντιγραφικό χαρτί A3 κατάλληλο για ψηφιακούς εκτυπωτές, για εκτυπωτές laser και fax. Βάρος: 80 γρ. +/- 4% ανά M ² Πάχος – Πυκνότητα: 100 μM +/- 4% Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις Σύσταση: Από χημικό πολτό Χρώμα: Λευκό Λευκότητα: Άνω του 90% Αδιαφάνεια: Άνω του 90% Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65% Υγρασία: Σε συνθήκες θερμοκρασίας 22 βαθμών Κελσίου και σχετικής υγρασίας 50% Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα προς την μεγαλύτερη διάσταση Απόκλιση διαστάσεων: 0,75M.M. Γωνία 90 μοίρες ακριβώς Επιφάνεια πλευρών: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα) Συσκευασία: Σε δεσμίδες των 500 φύλλων η καθεμία, περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος.	ΠΑΚ	120
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A3 160γρ (ΔΕΣΜΙΔΑ 250 ΦΥΛΛΩΝ) ΣΑΤΙΝΕ	ΠΑΚ	10
Γ. ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ		
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟ NCR 11"X 9,5" ΛΕΥΚΟ-ΛΕΥΚΟ	ΦΥ	8.000
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 11" X 15" ΛΕΥΚΟ ΧΗΜΙΚΟ NCR ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	ΦΥ	6.500
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 11" X 9,5" ΤΡΙΠΛΟ NCR (ΛΕΥΚΟ-ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ)	ΦΥ	30.000

Δ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ		
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΑΤ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 10Χ10cm ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ZEBRA ELTRON TLR 2844	ΤΕΜ	40.000
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 55mmΧ25mm ΜΑΤ ΒΑRCODE, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ZEBRA ELTRON TLR 2844	ΤΕΜ	2.300
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ VENTANA EBAR, ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ, 25mmΧ36mm, (ΡΟΛΟ 5.000 ΕΤΙΚΕΤΩΝ)	ΡΟΛΟ	2
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 40mmΧ75mm, ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟ ΕΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: <div data-bbox="145 591 713 891" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»</p> <p>ΤΜΗΜΑ.....</p> <p>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....</p> </div>	ΤΕΜ	42.500