

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ****ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΑΡ. ΔΙΑΚ. : Φ 20/2016****«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»****Αθήνα, 01.03.2016****Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114****Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα****Πληροφορίες: Ιωάννα Πολυχρονίδου****Τηλέφωνο: 213-2088226****Fax: 213-2088716****E-mail: polyxronidou@hippocratio.gr**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 43.796,29€ ΣΥΜΠΛΟΥΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CPV 33140000-3
(Φ20/2016)**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 17.03.2016 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ CPV 33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	44.689,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή:

1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: <http://www.hippocratio.gr>
2. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diaugeia.gov.gr>
3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ <http://eprocurement.gov.gr>

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 17.03.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α'/22-3-94) και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'/01-02-1995) 'Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων', όπως ισχύει.
3. Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α'/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α'/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α'/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει.
8. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α'/01.07.2007) όπως ισχύει.
9. Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α'/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
10. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω σύμβασης.
12. Το Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/11.7.2014) άρθρο 47, Παρατηρητήριο Τιμών, « Σε περίπτωση που για είδη των προηγούμενων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές θεωρούνται νόμιμες εφόσον οι τιμές τους δεν υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη».
13. Την εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ' αρ. 4972/15.12.2015 απόσπασμα πρακτικού της 68^{ης}/14.12.2015 (θέμα 6^ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
14. Την υπ' αρ. 6484 (ΦΕΚ 3693/Β/31.12.14) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013.»
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 29057/23.07.2015 Απόφαση Διοικητή 1^{ης} Υ.Πε Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014
16. Την υπ' αρ. 5108 (ΦΕΚ 3008/Β/31.12.15) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Παράταση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015»
17. Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών με αρ. πρωτ. 18007/08.12.15 & 630/19.01.2016
18. Την υπ' αριθ. 7/18.02.2016 (Θέμα 19^ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.796,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου
19. Την υπ' αριθ 391/01.03.2016 (ΑΔΑ:ΩΨΥ64690ΩΣ-ΚΨΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 43.796,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 1311.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- 1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ**, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.796,29€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (**Φ 20/2016**).

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	17.03.2016	Πέμπτη	11:00 π.μ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 17.03.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και **θα επιστρέφονται** χωρίς να αποσφραγιστούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:

1. Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 3.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 3.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3.3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή μέρος της προμήθειας 3.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 3.5. Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 3.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του

ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

B) Συμπληρωμένους τους πίνακες Συμμόρφωσης.

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών & τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα αναφέρεται επί ποινή απόρριψης ο κωδικός εμπορίου του προσφερόμενου είδους καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ, αν υπάρχει.

B) Πίνακες συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που

κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, συμπληρωμένο τον πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφουν τον αριθμό μητρώου του Παρατηρητηρίου Τιμών εάν υπάρχει.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας των μελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκομείο) αποφασισθεί διαφορετική ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης. Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους τηλεφωνικά ή με φαξ. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται.

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθημερόν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συμμετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προμηθειών) και αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Πίνακας Συμμόρφωσης υποβολής Οικονομικής Προσφοράς τον οποίο υποχρεούται ο Προσφέρων να συμπληρώσει.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ .

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

α) Ε.Α.Α.: 0,10%

β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2%

γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιμα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες)

9. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως την εξάντληση των ποσοτήτων.

10. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

11. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: <http://www.hippocratio.gr>

2. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diavgeia.gov.gr>

3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ <http://eprocurement.gov.gr>

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ**

**ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΙΔΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	1417700108 & 1417800301	Βελόνες περιβολικής αναισθησίας 27G x 1 ¼ in (0.4 x 32mm)	200	TEM	290,28
2	1418400101	Βελόνες για υποτενόνειο αναισθησία 19G x 1 in (1.1 x 25mm) κεκαμμένη με επιτεδωμένο άκρο	20	TEM	63,96
3	1417600401 & 405	Κυστεοτόμοι καψυλόρρηξης κεκαμμένη 27G	50	TEM	50,43
4	1417600204	Κυστεοτόμοι καψυλόρρηξης κεκαμμένη 25G	150	TEM	151,29
5	1418200202	Κάνουλες υδροδιαχωρισμού επιτεδωμένες στο άκρο (25G 0.50x25mm) με γωνίωση 7 ή 8 mm από το άκρο	300	TEM	405,90
6	1418100303	Κάνουλες πλύσης δακρυικού πόρου 26G κεκαμμένες	150	TEM	202,95
7	1418600107	Θερμοκαυτήρες (οφθαλμολογικοί)	50	TEM	390,53
8	1418700405	Άγκιστρα ίριδος εύκαμπτα (micro iris hook) σε συσκευασία 4 ή 5 τεμαχίων	10	ΣΥΣΚ ΤΩΝ 5 TEM	369,00
9	1423300403	Δακτύλιος σταθεροποίησης περιφακίου απλός	30	TEM	881,40
10	1419600401	Μαχαιρίδια καταρράκτου πλήρους λαβής 15°	100	TEM	233,09
11	1419500209	Μαχαιρίδια καταρράκτου πλήρους λαβής τύπου V-lance ή MVR 19G ή 20G	500	TEM	2.146,35
12	1419500103-04-213-214	Μαχαιρίδια πλήρους λαβής για τομή καταρράκτου (φακοθρυψίας) κεκαμμένα 2.75 & 3.0 mm	500	TEM	1.968,00
13	1419800104	Μαχαιρίδια για τη δημιουργία σκληρικού πετάλου κεκαμμένα (bevel up) ημισελήνοειδή και στρογγυλά	50	TEM	196,19
14		Χαρτάκια φλουροσκεΐνης	5000	TEM	738,00
15	1424100105	Χρωστικές για χρώση προσθίου περιφακίου	40	TEM	379,68
16	1420001601	Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα οφθαλμολογικά με διατενόμενο οθώνιο και σάκο περισυλλογής 140x160mm (διαστάσεις κατά προσέγγιση)	200	TEM	564,77
17	1420001701	Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα οφθαλμολογικά με διατενόμενο οθώνιο και σάκο περισυλλογής 40x60	150	TEM	279,51
18	1420400103	Οφθαλμολογικό ταμπόν αποστειρωμένα (eye pads sterile)	1300	TEM	374,60

19	1410800404	Σετ καταρράκτου (IPPO cataract pack) 1 οφθαλμολογικό κάλυμμα 100*120 εκ. από ύφασμα 3^{ov} στρωμάτων non woven με διάφανη αυτοκόλλητη επιφάνεια χειρουργικού πεδίου με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθόνιο 8*11 εκ., έναν σάκο περισυλλογής υγρών & ελάσματα μορφοποίησης 2 μπλούζες χειρουργείου large 2 απορροφητικές πετσέτες χεριών 1 χειρουργικό πεδίο 70*90εκ. 2 στρωμάτων 1 κάλυμμα τραπεζιού 150*200εκ. 4-5 τεμ γάζες 1-2τεμ. ταμπόν οφθαλμού βαμβακερό (όχι αυτοκόλλητο)	500	TEM	7.318,50
20	1419501704-03	Πακέτα φακοθρυψίας συμβατά με το προσφερόμενο μηχάνημα (μηχάνημα 1)	150	TEM	11.992,50
21	1419500903	ΣΤΥΛΕΟΙ			
21.1		Στυλός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, τύπου γκιλοτίνης και πνευματικής οδήγησης, 800 κοπών το λεπτό και περισσότερο συμβατός με τα προσφερόμενα πακέτα φακοθρυψίας,	20	TEM	1.426,80
21.2		Στυλός διαθερμίας συμβατός με το προσφερόμενο μηχάνημα	12	TEM	664,20
21.3		Στυλός πλύσης αναρρόφησης αμφίχειρης λειτουργίας	12	TEM	295,20
22		Πακέτα φακοθρυψίας συμβατά με το προσφερόμενο μηχάνημα (μηχάνημα 2)	50	TEM	2.829,00
22.1		TIPS ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ συμβατά με το προσφερόμενο μηχάνημα	32	TEM	1.712,16
22.2		καλύμματα συμβατά με το προσφερόμενο μηχάνημα	50	TEM	615,00
22.3		στυλός πρόσθιας υαλοειδεκτομής συμβατός με το προσφερόμενο μηχάνημα	5	TEM	492,00
22.4		ΣΤΥΛΕΟΣ φακοθρυψίας συμβατός με το προσφερόμενο μηχάνημα	1	TEM	6.765,00
					43.796,27

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-1

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ)

A. ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

1. Πακέτο φακοθρυψίας το οποίο περιλαμβάνει:

A. Καλύμματα έγχυσης.

B. Κάλυμμα τραπεζιδίου.

Γ. Tip φακοθρυψίας από τιτάνιο 0.9 mm τοποθετημένο σε κλειδί ευθύ ή κυρτό.

Δ. Θάλαμος δοκιμών.

E. Κασέτα φακοθρυψίας περισταλτικού τύπου, με δυνατότητα ελέγχου τόσο του κενού όσο και της έγχυσης.

Στ. Επιπλέον εξαρτήματα ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, το είδος της κασέτας, και τη χειρουργική τεχνική.

B. ΣΤΥΛΕΟΙ

1. Στυλός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, τύπου γκιλοτίνης και πνευματικής οδήγησης,

- 800 κοπών το λεπτό και περισσότερο συμβατός με τα προσφερόμενα πακέτα φακοθρυψίας.
2. Στυλεός διαθερμίας συμβατός με το προσφερόμενο μηχάνημα.
 3. Στυλεός πλύσης αναρρόφησης αμφίχειρης λειτουργίας .
 4. Probe φακοθρυψίας, τιτανίου, συμβατό με το προσφερόμενο μηχάνημα.
- Σημείωση: τα επαναχρησιμοποιούμενα είδη, π.χ. στυλεός πλύσης αναρρόφησης, probe φακοθρυψίας, θα πρέπει να παρασχεθούν από την εταιρεία παροχής του μηχανήματος ως συνοδός εξοπλισμός, άνευ αντιτίμου.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ

1. Μηχάνημα φακοθρυψίας υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο και για υαλοειδεκτομές προσθίου ημιμορίου, με περισταλτική αντλία με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας απέκκρισης καθώς και χρήση διαθερμίας.
2. Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας, συμβατό με χρήση μαχαιριδίου 0.9 mm.
3. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών του μηχανήματος.
4. Λειτουργία πρόσθιας πνευματικής υαλοειδεκτομής έως και 800 κοπών και άνω το λεπτό, με στυλεό τύπου γκιλοτίνας.
5. Λειτουργία αναρρόφησης 0-600mmHg. Δυνατότητα ειδοποίησης με μήνυμα στην οθόνη όταν ο ορρός στην φιάλη έχει σχεδόν τελειώσει με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας και επαναλειτουργίας με αντικατάσταση της φιάλης.
6. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη που να επιτρέπει γραμμικό έλεγχο ισχύος υπερήχων και έντασης αναρρόφησης, και να υποστηρίζει λειτουργία αντίστροφης ροής (REFLUX).
7. Να διαθέτει οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων, έγχρωμη και επίπεδη.
8. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο.
9. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη πλήρως προγραμματισμένο με όσο το δυνατόν περισσότερο προγραμματισμένες λειτουργίες.
10. Να παρέχεται συντήρηση μηχανημάτων και να πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία IEC 62353-ED 1.0B2007.

Σημείωση: τα επαναχρησιμοποιούμενα είδη, π.χ. στυλεός πλύσης αναρρόφησης, probeφακοθρυψίας, θα πρέπει να παρασχεθούν από την εταιρεία παροχής του μηχανήματος ως συνοδός εξοπλισμός, άνευ αντιτίμου.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ- ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

1. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονο και συμβατό με τις τελευταίες εξελίξεις κατάλληλο για φακοθρυψία υπερήχων, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία.
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία VENTURI που διαθέτει ρύθμιση απόκρισης της χωρίς να απαιτείται εξωτερική χρήση αέρα για τη λειτουργία του.
3. Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας σε συχνότητα λειτουργίας υπερήχων 28,5khz.
4. Οι τιμές στη λειτουργία αναρρόφησης να είναι 0mmHg έως τουλάχιστον 600mmHg.
5. Να διαθέτει λειτουργία πρόσθιας υαλοειδεκτομής τύπου «γκιλοτίνας» με δυνατότητα τουλάχιστον 800 κοπές ανά λεπτό και να φέρει υποχρεωτικά σύστημα υαλοειδεκτόμου.
6. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των βασικών λειτουργιών του μηχανήματος(φωτιζόμενο).
7. Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ποδοχειριστήριο το οποίο να υποστηρίζει τη λειτουργία αντίστροφης ροής(reflux). Με λειτουργία γραμμικού ελέγχου καθώς και διπλού γραμμικού ελέγχου(dual linear). Να συνδέεται ασύρματα με τεχνολογία Bluetooth. Να διαθέτει τέσσερις προγραμματιζόμενους περιφερικούς διακόπτες.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο άξονα ορρού.
9. Να διαθέτει απεριόριστο αριθμό προγραμμάτων για χειρουργούς και χειρουργικές τεχνικές.
10. Να φέρει σύστημα για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.
11. Να υπάρχει απόλυτη και άμεση κάλυψη σε ανταλλακτικά.
12. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.
13. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
Α. ΚΑΣΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

1. Κασέτα φακοθρυψίας ανοικτού τύπου με κλειδί, θάλαμο δοκιμών και sleeve, αποστειρωμένο κάλυμμα του τραπέζιού του μηχανήματος, αποστειρωμένο κάλυμμα της οθόνης, αποστειρωμένο κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου, για επεμβάσεις τομής άνω των 2,2mm. Να αποτελείται από σωληνώσεις πλύσης - αναρρόφησης και κασέτα συλλογής υγρών αδειάζομενη, χωρητικότητας 300cc. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό και να συνδυάζει την ενέργεια των ανάλογων τύπου υπερήχων.

B. TIPS-SLEEVES

1. Tip φακοθρυψίας, κυρτό 0,9mm 30° τύπου mini flared για επεμβάσεις μικρής τομής 2,60 έως 2,75 mm χωρίς επικάλυψη τεφλόν, πολλαπλών χρήσεων. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό, να είναι συμβατό με την ανωτέρω κασέτα.
2. Καλύμματα έγχυσης (sleeves) για τομές 2,60 έως 2,75mm, συμβατά με τα ανωτέρω Tips.

Γ. ΣΤΥΛΕΟΙ

1. Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, τύπου «γκιλοτίνας», πνευματικής οδήγησης, 800 κοπών το λεπτό με κάνουλα έγχυσης.
2. Στυλεός φακοθρυψίας συμβατικών υπερήχων με έξι κρυστάλλους για την δημιουργία υπέρηχου σε συχνότητα 28,5kHz. Να διαθέτει βιδωτή υποδοχή έγχυσης.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα μηχανήμα φακοθρυψίας, που θα διαθέσει ο προμηθευτής για τη διενέργεια των επεμβάσεων καταρράκτου του Νοσοκομείου.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ				