

2289

Προδιαγραφές εξεταστικής έδρας για ΩΡΛ ιατρείο

- Επένδυση ταπετσαρίας από ανθεκτικό υλικό με δυνατότητα απολύμανσης και συχνού καθαρισμού, δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς
- Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος και την ανάκλιση, με δυνατότητα σταθεροποίησης της κεφαλής
- Υποβραχιόνια με δυνατότητα αφαίρεσης και αναδίπλωσης
- Συνολικό μήκος εξεταστικής επιφάνειας $\geq 200\text{cm}$
- Συνολικό πλάτος εξεταστικής επιφάνειας $\geq 50\text{cm}$
- Μέγιστο φορτίο ασθενή (150kg)
- Στήριγμα ποδιών αναδιπλούμενο
- Ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας
- Ρυθμιζόμενη ανάκλιση καρέκλας
- Συγχρονισμένη κίνηση πλάτης και ποδιών
- Δυνατότητα οριζόντιωσης
- Ηλεκτροκίνητη