



Αθήνα 17-2-22

Προς την διεύθυνση του ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Θέμα: «Κρεβάτια ασθενών προδιαγραφές»

Με το αίτημα μας αυτό σας ενημερώνουμε ότι η Ουρολογική Κλινική έχει **ανάγκη** προμήθειας νέων κρεβατιών νοσηλείας ασθενών.

Τα κρεβάτια ασθενών να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

- Κρεβάτι Νοσηλείας ασθενών σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρικό, και κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση.
- Κατασκευασμένα από ειδικό υλικό υψηλής αντοχής (ΟΧΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ), εύκολα αποσπώμενα για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.
- Να υποστηρίζει την νοσηλεία ασθενών τουλάχιστον 150 Kg
- Μήκος επιφάνειας 200 εκατοστά περίπου κατάκλισης. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μη ξεπερνούν ει δυνατόν τα 95 cm (πλάτος) για να μπορούν να διακινούνται στους χώρους του νοσοκομείου.
- Να διαθέτει μετόπες κεφαλής και ποδιών οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι από πλαστικό υλικό. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί.
- Προσκρουστήρες ελαστικούς και στις 4 γωνίες της κλίνης.
- Ρύθμιση του ύψους του κρεβατιού ώστε να εξυπηρετείται με ασφάλεια η έγερση μικρόσωμων ασθενών και προστασία προσωπικού από καταπόνηση κατά την εξέταση/φροντίδα ασθενή.
- Χειριστήριο ασθενή που να εκτελεί οπωσδήποτε κινήσεις για το τμήμα πλάτης, μηρών και του ύψους της κλίνης (όποια άλλη δυνατότητα θα εκτιμηθεί θετικά). Το χειριστήριο να μπορεί να αποσυνδέεται εύκολα για την άμεση αντικατάσταση του ακόμα και από μη τεχνικό προσωπικό.
- Ενσωματωμένα κάγκελα κάλυψης της επιφάνειας κατάκλισης από κάθε πλευρά της κλίνης, που να επιτρέπουν ταυτόχρονα την οπτική παρακολούθηση του ασθενή. Απαραίτητως όταν ανεβοκατεβαίνουν να μην καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο.
- Τροχοί 4 μεγάλους (κατ'ελάχιστον ο ένας αντιστατικός) απαραίτητως 150 χιλιοστών ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του ασθενή με την κλίνη και ταυτόχρονα να αφήνει κενό χώρο (>15 εκ) κάτω από το κρεβάτι (δάπεδο-σασσί) για διευκόλυνση καθαρισμού χώρου αλλά και είσοδο τροχήλατων θεραπευτικών/διαγνωστικών μηχανημάτων.
- Λειτουργία κλίνης με μπαταρίες για την διασφάλιση σωστής λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή της μεταφοράς του ασθενή.

-Να διαθέτουν δύο στατώ ορού δεξιά και αριστερά .

- Να περιλαμβάνει ράγα/υποδομή στήριξης εξαρτημάτων (ουροσυλλεκτών κτλ) η οποία πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν της κλίνης.

-Να διαθέτει διαγραμματοθήκη.

-Να διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή στην μετόπη των ποδιών για την εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την αλλαγή τους

-Να διαθέτει στρώμα ανάλογων διαστάσεων που να ακολουθεί τις κινήσεις του κρεβατιού και το οποίο να διαθέτει κάλυμμα με φερμουάρ: Αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αλλεργικό, αντιστατικό, υψηλής αντοχής

Μετά τιμής
Ελευθερία Ντάσκα RN MSc



Προϊσταμένη Ουρολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"