


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Γεωργία Μπάιλα
 Τηλέφωνο: 213 2088715
 Φαξ: 213 2088716
 Email: gbaila@hippocratio.gr

Αθήνα, 30.11.2017
 Α.Π.:18929/04-12-2017

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Μικροτόμου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
2. Τον Ν.4497/13-11-2017 (Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).
3. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη «διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
6. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
7. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
8. Το από 26/10/2017 επείγον αίτημα του Παθολογοανατομικού Τμήματος για την εν λόγω προμήθεια.
9. Η υπ. αρ. πρωτ 17905/20.11.2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Μικροτόμου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί). (ΑΔΑ: ΩΕΙΕ469ΩΣ-ΕΙΦ)
10. Το υπ. αρ. 18430/27.11.2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Μικροτόμου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, όπως αυτές καταρτίστηκαν με το υπ. αρ. 18430/27.11.2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Τμήμα Προμηθειών⇒Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Μικροτόμου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: Δύο (2) σελίδες

Εσωτ. Διανομή:

-Τμήμα Προμηθειών

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

- 1.** Ο αυτόματος μικροτόμος να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.
- 2.** Να λειτουργεί μέσω μικρο-επεξεργαστή με ενσωματωμένο λογισμικό και πίνακα ελέγχου με επιφάνεια αφής για πλήρως αυτόματη μηχανική λειτουργία κοπής, που να παράγει υψηλής ποιότητας τομές από δείγματα παραφίνης.
- 3.** Η οθόνη του πίνακα ελέγχου να βρίσκεται στο επάνω μεσαίο τμήμα, ώστε να καθίσταται εύκολη η οπτική παρακολούθηση των παραμέτρων, είτε κατά την διάρκεια προγραμματισμού είτε κατά την διάρκεια της διαδικασίας κοπής.
- 4.** Να έχει χειροτρόχο με την ελάχιστη δυνατή αντίσταση περιστροφής που να κλειδώνει για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- 5.** Να διαθέτει μεγάλο αφαιρούμενο δίσκο απορριμάτων.
- 6.** Να προσφέρεται με σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης με προσανατολισμό.
- 7.** Να έχει υποδοχέα λεπίδας τριών τμημάτων για μεγαλύτερη ευκολία στην ρύθμιση της θέσης του και δυνατότητα προσαρμογής υποδοχέα μαχαιριού.
- 8.** Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί εξωτερικό πίνακα ελέγχου και μεγεθυντικό φακό με ενσωματωμένο φως LED.
- 9.** Προαιρετικά να δέχεται ποδοδιακόπτη για να μένουν τα χέρια του χρήστη ελεύθερα κατά την διάρκεια κοπής.
- 10.** Να έχει εύρος κοπής τομών από 0,5 έως 100 μm (μέγιστο).
- 11.** Το trimming να ρυθμίζεται μεταξύ 0 έως 300 μm (μέγιστο).
- 12.** Η ταχύτητα κοπής να ρυθμίζεται μεταξύ 3-400mm / sec μέσω του ενσωματωμένου ή / του εξωτερικού πίνακα ελέγχου.
- 13.** Να έχει προγραμματιζόμενους διάφορους τρόπους κοπής με αυτόματη μηχανική κίνηση (όπως συνεχής / βήμα / απλό / Windows) και 2 τρόπους κοπής με το χέρι με κανονική και Rocking λειτουργία.
- 14.** Να έχει προσανατολισμό δείγματος με 0-θέση στη κάθετο, 8° στην οριζόντια κατεύθυνση και 360° στο Z άξονα.