



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
& ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ: ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αθήνα 23-9-2025

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Παρακαλώ όπως προβείτε στην προμήθεια ενδοβρογχικών αποκλειστών που να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ο ενδοβρογχικός αποκλειστής να φέρει άκρο διπλού αυλού (τύπου Υ) για να σταθεροποιείται στην καρίνα.

Ο αποκλειστής να τοποθετείται δια μέσου του ενδοτραχειακού σωλήνα του ασθενούς.

Ο κάθε αυλός του αποκλειστή να φέρει στο περιφερικό του άκρο αεροθάλαμο από πολυουρεθάνη ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του βρόγχου που θα αποκλειστεί.

Ο αποκλειστής να είναι βαθμονομημένος, να έχει μέγεθος 7 FR και μήκος πάνω από 70 cm.

Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται συνδετικό το οποίο να φέρει σπές για το βρογχοσκόπιο, τον αποκλειστή και το αναισθησιολογικό κύκλωμα.

Να προσφερθεί δείγμα.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής
του Αναισθ/κού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου
του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Αντώνης Λουίζος