

Αθήνα, 21/10/2020

Συσκευή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών (monitor) [Ποσότητα: 2 (δύο) τεμάχια] με τις κάτωθι προδιαγραφές:

- 1) Να έχει φορητότητα και να είναι ελαφρύ (<5 Kg)
- 2) Να έχει αυτονομία μπαταρίας ≥ 3 ώρες
- 3) Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 12 ιντσών
- 4) Να προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης παλμικής οξυμετρίας, ΗΚΓφήματος, αναπνευστικής συχνότητας, αναίμακτης και αιματηρής αρτηριακής πίεσης και θερμοκρασίας σώματος
- 5) Να μπορεί να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο ή σε κεντρικό σταθμό παρακολούθησης
- 6) Να διαθέτει την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης για σύνδεση καπνογράφου, μετατροπέα μέτρησης καρδιακής παροχής και διασύνδεση με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή.

Αθήνα, 21/10/2020

Συσκευή στιγμιαίας καταγραφής ζωτικών λειτουργιών ασθενών (spot monitoring)
[Ποσότητα: 2 (δύο) τεμάχια] με τις κάτωθι προδιαγραφές:

- 1) Να έχει φορητότητα και να διαθέτει τροχήλατη βάση
- 2) Να προσφέρει την δυνατότητα μέτρησης αναίμακτης πίεσης με δυνατότητα χρησιμοποίησης αναλώσιμων περιχειρίδων μιας χρήσης
- 3) Να προσφέρει δυνατότητα θερμομέτρησης των ασθενών και παλμικής οξυμετρίας
- 4) Να περιέχει λογισμικό άμεσου υπολογισμού των πρώιμων δεικτών κλινικής επιδείνωσης των νοσηλευόμενων ασθενών (Early Warning Scores)
- 5) Να υπάρχει δυνατότητα ασύρματης (Wifi) σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Σααρά', is written over a horizontal line.