

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

1. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς απλής σχεδίασης και κατασκευής
2. Να διαθέτει δύο άθραυστες φιάλες των 3 λίτρων αποστειρούμενες.
3. Να διαθέτει κατά προτίμηση σύστημα απευθείας σύνδεσης των φιαλών επάνω στην αναρρόφηση ώστε να αποφεύγονται οι σωληνώσεις που επιβραδύνουν την δημιουργία του κενού.
4. Να διαθέτει μοχλό- επιλογέα φιάλης λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης, για άμεση εναλλαγή των φιαλών.
5. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας για την υπερχειλίση.
6. Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό έως τουλάχιστον -91 kPa.
7. Να παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 45 lit/λεπτό.
8. Να διαθέτει όργανο ένδειξης του επιτυγχανόμενου κενού.
9. Η σύνδεση κανίστρου να γίνεται άμεσα χωρίς την χρήση σωλήνων με τη συσκευή της αναρρόφησης, ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα το κενό.
10. Να δύναται να συνδεθεί ποδοδιακόπτης για δυνατότητα ρύθμισης του κενού και να προσφερθεί προς επιλογή.
11. Να υπάρχει η δυνατότητα να δεχθεί κάνιστρο για ασκούς μίας χρήσης.
12. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις.
13. Να λειτουργεί με σύστημα μεμβρανών ώστε να μην απαιτείται καμία συντηρήση.
14. Να είναι αθόρυβη. Η στάθμη θορύβου να είναι το μέγιστο 50db.
15. Η όλη κατασκευή να πληροί τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας.

Συμπληρώνεται από το Γρ. Προμηθειών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΗΜΕΡΑ : 27/11/2020

ΗΜ/ΝΙΑ : 5/2/2020

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Αναλώσιμα Αναλυτών | ☐ Υγειονομικό Υλικό | ☐ Φαρμακευτικό Υλικό |
| ☐ Γραφική Υλη - Τόνερς | ☐ Τρόφιμα | ☐ Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια |
| ☐ Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας | ☐ Βιοϊατρικός Εξοπλισμός | ☐ Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός |

Κωδικός Υλικού	Περιγραφή Υλικού	Ημ/νία τελευτ. παραγγ.	Ποσότητα τελευτ. παραγγ.	Υφιστάμ. Απόθεμα	Αιτούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική Δαπάνη
	4200900602						
	ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΤΟΡ:				1		
	Με οθόνη και ενσωματωμένη μηχανή						
	- μετρητή ηλεκτρικών						
	- αναίτακτη πινακίδα						
	- Ηλεκτρική 3 αναχυτή						
	- ρυθμός αναπνοής καπνιστή						
	- να διαθέτει αλταρ						
	για τις ανάγκες του καρδιολογικού Τμήματος						

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος

Ελένη Μπάκα
Προϊσταμένη Ν.Υ Μsc
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Ο/Η Δ/ντής/ντρια Τμήματος

1^η ΥΠΕΡΑΤΤΙΚΗ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΕΔΡΕΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μ.Ε.Ε.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΜΚΑ 0966401010001547 82204

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ ☐

Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ ☐

Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ