

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3) για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
3. Τις με υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **Δευτέρα 13/02/2017** και ώρα **15.00μμ** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.
4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια μιας Χειρουργικής Τράπεζας (CPV 33192230-3) για κάλυψη αναγκών των Κεντρικών Χειρουργείων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:

Γρ.Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

-Η τράπεζα να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, τροχήλατη, σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής, κατάλληλη για τις επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση διαφόρων εξαρτημάτων συμβατή και προς τις άλλες Χειρουργικές ειδικότητες.

-Η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αρθρωτά τμήματα (κεφαλής, πλάτης, λεκάνης και τμήμα ποδιών δεξιό – αριστερό με δυνατότητα διατάσεως), τα οποία να έχουν δυνατότητα ρυθμίσεων αναλόγως με τις απαιτήσεις κάθε τύπου επεμβάσεως, με αντίστοιχα τμηματικά προσθαφαιρούμενα καλύμματα, από αφρώδες και ακτινοδιαπερατό υλικό, αντιστατικό, χωρίς velcro, ώστε να διευκολύνονται κατά το δυνατόν ο καθαρισμός και η απολύμανση.

-Να παρέχεται η δυνατότητα στα τμήματα κεφαλής και ποδιών να εναλλάσσονται μεταξύ τους και να προσαρμόζονται χειροκίνητα ευχέρως αναλόγως με τις ανάγκες των επεμβάσεων.

-Καθ'όλο το μήκος της χειρουργικής επιφάνειας στα πλάγια να υπάρχουν ράγες και στις δύο πλευρές για την στηρίξη των εξαρτημάτων.

-Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να έχει μήκος τουλάχιστον 210 cm και πλάτος τουλάχιστον 55 cm. Να είναι ακτινοδιαπερατή καθ'όλο το μήκος της και να διαθέτει σύστημα ακτινολογικής κασέτας με υποδοχή (κανάλι) προσβάσιμο και από τα δύο άκρα.

-Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο κράμα υψηλής αντοχής, για να εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση, η αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η ευκολία στον καθαρισμό της. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο που να είναι ανθεκτικό στην οξειδωση και να είναι καλυμμένη με συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις εκδορές και στα απολυμαντικά υγρά.

-Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση με 4 αντιστατικούς τροχούς. Η σύνδεση της βάσεως με την χειρουργική επιφάνεια να επιτυγχάνεται με τηλεσκοπική κολώνα, χωρίς πλαστικά πτυσσόμενα τμήματα, τα οποία δυσχαιρένουν την απολύμανση.

-Να προσφέρονται μαζί με την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήματα:

α. Αναισθησιολογικό τόξο

β. Δυο στηρίγματα βραχιόνων

γ. Ζεύγος υποστηρίξεως ποδιών τύπου μπότας με υδροπνευματικό μηχανισμό.

Τα ανωτέρω εξαρτήματα να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους σφιγτήρες.

-Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται με ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο 220 Volt/50Hz , αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας 40-50 ωρών. Ο χειρισμός της να επιτυγχάνεται με ενσύρματο χειριστήριο με ευκρινείς ενδείξεις.

- Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου της:

α. Κίνηση καθ' ύψος: 70-100 εκ.

β. Trendelenburg – anti-trendelenburg: $\pm 30^\circ$ τουλάχιστον.

Γ. Κίνηση tilt (πλαινή κίνηση): $\pm 15^\circ$ τουλάχιστον.

- Να παρέχει χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις:

α. Κίνηση τμήματος ποδιών από $+50^\circ$ έως -100° τουλάχιστον.

β. Κίνηση τμήματος κεφαλής $\pm 45^\circ$ τουλάχιστον.

- Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς έως 250 κιλών και να εκτελεί με το βάρος αυτό όλες τις κινήσεις.

- Να φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστικός οίκος να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001.

- Ο προμηθευτής του μηχανήματος θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής αποφάσεως Δ.Υ. 8δ/Γ.Π. 1348/04, «περί καθορισμού συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

- Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα τα ανωτέρω και να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κάλυψη της καθεμιάς προδιαγραφής.

- Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.