



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα
Τ. Κ.: 115 27
Τηλ.: 213 20.88.429
Διευθυντής: Δρ Γεώργιος Α. Κοφινάς

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ-ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός
Προτεραιότητας

Σύνολο Αριθ. Αντιτύπων:

Αθήνα, 4-10-2023
Αριθ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ: Τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

Παράκληση για την προμήθεια φίλτρων αναπνευστήρα με τις εξής προδιαγραφές:

Να είναι φίλτρα ενηλίκων αποστειρωμένα, μιας χρήσης, με αντιμικροβιακή-αντική προστασία 99,998%. Να προστατεύουν τον ασθενή ακόμη κι όταν το κύκλωμα αναπνευστήρα έχει, πιθανώς, μολυνθεί από ηπατίτιδα C, SARS και αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Με αντίσταση ροής 3,5cm H₂O στα 60L/min μαζί με την προέκταση.

Να διατηρούν χαμηλή αντίσταση ροής, έστω κι αν υπερβούν τις 24ώρες χρήση.

Από ασφαλές εσωτερικό υλικό.

Με οπή καπνογραφίας με θηλιά συγκράτησης στο καπάκι, για την αποφυγή απώλειας και κινδύνου διασποράς.

Με προσυνδεδεμένη επεκτεινόμενη προέκταση 22F για σύνδεση με ειδικό συνδετικό T για ηλεκτρονική παλμική θεραπεία νεφελοποίησης.

Με απώλεια ύγρανσης έως 6mgH₂O/L. Με εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης, με απόδοση ύγρανσης 32,3mg H₂O/L στην πλευρά του ασθενή.

Με νεκρό χώρο έως 57ml χωρίς την προέκταση.

Με βάρος έως 45gr μαζί με την προέκταση.

Να κατατεθούν δείγμα και πρωτότυπο prospectus του κατασκευαστή που να αποδεικνύονται όλα τα παραπάνω ζητούμενα.

Ενδεικτική τιμή 4,48 ευρώ.

Ο Διευθυντής της ΜΕΘ
Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΦΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μ Ε Θ
Δρ Γεώργιος Α. Κοφίνας
ΑΝΚΑ: 22015700713 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 79154