

## ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ

- ✓ Να διαθέτουν σωλήνα εισαγωγής διαμέτρου 3,8 έως 5,8mm.
- ✓ Να είναι εύκαμπτα με καμπτόμενο τμήμα τουλάχιστον 180°/160°
- ✓ Να διαθέτουν πλάτος καναλιού από 1,2 έως 2,8mm
- ✓ Να διαθέτουν μήκος εργασίας 600mm
- ✓ Να διαθέτουν κάμερα με πηγή φωτός τουλάχιστον δύο λυχνιών Led, οπτικό πεδίο 85° και βάθος πεδίου 6-50mm
- ✓ Να έχουν δυνατότητα σύνδεσης σε συσκευή αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο σωλήνα σύνδεσης 7mm +/-1
- ✓ Να έχουν θύρα για χορήγηση υγρών και εισαγωγή ενδοσκοπικών εργαλείων.
- ✓ Να διαθέτουν βάση στήριξης ET σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 6-7mm.
- ✓ Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσεως.
- ✓ Να είναι latex free.
- ✓ Να συνδέονται απευθείας στην οθόνη χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.
- ✓ Να δύναται να ενσωματωθεί δοχείο δειγματοληψίας για αποφυγή επιμολύνσεων.
- ✓ Να διατεθεί έγχρωμη φορητή οθόνη touch screen υψηλής ανάλυσης 12.8'' TFT LCD η οποία:

- Να διαθέτει ανάλυση 1920x1080 pixels.
- Να λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες για τουλάχιστον 3 ώρες.
- Να είναι μικρού βάρους έως 3kg.
- Να διαθέτει βάση στήριξης σε στατώ και επιτραπέζια.
- Να διαθέτει σύνδεση USB 3.0 τύπου A (2 θύρες).
- Να διαθέτει έξοδο ψηφιακής εικόνας HDMI και 3G-SDI (1920X1080p, 60fps).
- Να διαθέτει σύνδεση με WIFI πρότυπα IEEE 802.11ac/a/b/g/n.
- Να διαθέτει σύνδεση LAN Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
- Να διαθέτει χωρητικότητα αποθήκευσης (μνήμη) 32GB
- Να μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα αρχειοθέτησης του Νοσοκομείου μας.