

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
<<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>>

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: ΔΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αθήνα 29/3/2022

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ) ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΙΝΙΚΗΣ
(NASAL) ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (CUFF)**

Παρακαλώ όπως προβείτε στην προμήθεια εκατό (100) κεκαμμένων (προδιαμορφωμένων) ενδοτραχειακών σωλήνων Ρινικής Διασωλήνωσης με αεροθάλαμο (cuff) που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- 1) Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένος, κεκαμμένος (προδιαμορφωμένος) ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος τσακίσματος και αποφραξης κατά τη ρινική διασωλήνωση και να διευκολύνεται η προώθηση του τραχειοσωλήνα.
- 2) Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από διαφανές PVC, να είναι σχετικά μαλακός, με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο και λεία οπή ασφαλείας (murphy eye).
- 3) Ο αεροθάλαμος (Cuff) του σωλήνα να έχει κωνικό σχήμα βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου σε ολόκληρο το μήκος του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική φραγή της τραχείας και η μείωση των μικροεισροφήσεων σε σχέση με τους τραχειοσωλήνες με κυλινδρικό αεροθαλάμο, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Τούτο να πιστοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό.
- 4) Ο κωνικός αεροθάλαμος (Cuff) του σωλήνα να είναι χαμηλής πίεσης και να μειώνει την πίεση και την εκταση εφαρμογής πίεσης στην περιοχή της τραχείας τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τους σωλήνες με κυλινδρικό αεροθάλαμο, για επιπρόσθετη προστασία της τραχείας.
- 5) Ο σωλήνας να φέρει ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του (tip to tip) και να απολήγει σε συνδετικό 15mm. Να είναι βαθμονομημένος και η βαθμονόμηση να είναι πλευρική και εμφανής. Το μέγεθος του σωλήνα να αναγράφεται εμφανώς στα δύο άκρα με μεγάλα, ευδιάκριτα και έντονα (bold) νούμερα, με την κεντρική αναγραφή να βρίσκεται το δυνατόν εγγύτερα στο συνδετικό του τραχειοσωλήνα.
- 6) Ο σωλήνας να είναι ελεύθερος latex (Latex- Free).
- 7) Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από επίσημα κατατεθειμένα έγγραφα του κατασκευαστή (πιστοποιητικά και προσπέκτους) με ταυτόχρονη κατάθεση δείγματος του προσφερόμενου σωλήνα.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής
του Αναισθ/κού Τμήματος του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α

Γ.Ν.Α. Π.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΖΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΛΙΕΥΘΥΝΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΣ