

**Τεχνικές προδιαγραφές για Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα και πτερύγια 24G
Κίτρινο**

- Να διαθέτει βαλβίδα με χρωματική κωδικοποίηση ISO και αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκιερή βελόνα.
- Ο φλεβοκαθετήρας θα πρέπει να διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, ενώ ο οδηγός να διαθέτει τρια επίπεδα λείανσης και η αιχμή της βελόνας να λεπταίνει ομαλά, καθιστόντας εύκολη την τοποθέτηση του χωρίς την ενόχληση του ασθενή.
- Να έχει υψηλή βιοσυμβατότητα ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επιπλοκών λόγω θρομβοφλεβίτιδας και τοπικών λοιμώξεων.
- Ο φλεβοκαθετήρας θα πρέπει να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων.
- Επίσης να διαθέτει διαφανή θάλαμο για εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης.

Η ιατρός του Τμήματος

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΣΩΦΙΑ ΝΤΙΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΔΙΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΠΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Δ.Μ.Κ.Α.: 22077201923