

«Διενέργεια Β' Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης –επικάλυψης) (CPV 33790000-4 αναλώσιμου υλικού εργαστηρίων)»

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την υπ. αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 30^ο) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης) , προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Τμήματος για δύο (2) έτη περίπου.

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Την κατάσταση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης) και τεχνικών προδιαγραφών , όπως εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 30^ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου .

5. Την υπ. αρ. 6270/26.04.16 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης.

6. Τα υπ. αρ.6455/28.04.16, 6594/06.05.16, 6641/09.05.16 έγγραφα παρατηρήσεων των εταιρειών

7. Το υπ. αρ. 7125/18.05.16 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης με τις Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης –επικάλυψης) (CPV 33790000-4 αναλώσιμου υλικού εργαστηρίων) όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης ,η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω (5) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις 06.05.16. που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2014, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 31 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014, προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Τμήματος για δύο (2) έτη περίπου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας Τροποποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

- 1) Πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα χρώσης αιματοξυλίνης - ηωσίνης με άριστα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια των χρώσεων (μέχρι το τελευταίο πλακίδιο όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του μηχανήματος) και αυτό να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα και παραπομπές.
- 2) Να είναι κλειστού τύπου με κατάλληλα φίλτρα για την απορρόφηση των τοξικών αναθυμιάσεων ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η έκθεση του χρήστη στα τοξικά υλικά.
- 3) Να βάφει ποσότητα πλακιδίων άνω των 100 / ώρα.
- 4) Να δύναται να λειτουργεί με τα συμβατικά αντιδραστήρια και υποκατάστατα οιοπνευμάτων – ξυλόλης.

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

- 1) Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα, υγρής επικάλυψης.
- 2) Να έχει υψηλή ταχύτητα λειτουργίας.
- 3) Να δύναται να επικαλύπτει περίπου 250 πλακίδια και πλέον ανά ώρα.
- 4) Να δύναται να χρησιμοποιεί κατάλληλες καλυπτρίδες με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται κάτωθι στις τεχνικές προδιαγραφές αναλωσίμων υλικών.
- 5) Να δέχεται 200 και περισσότερες καλυπτρίδες την φορά.
- 6) Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για επίδειξη και εκμάθηση της χρήσης και του προγραμματισμού για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το εργαστήριο.
- 7) Η προσφέρουσα εταιρεία να έχει δυνατότητα service ανά πάσα στιγμή.

Σχόλιο: Η συνολική διαδικασία να είναι η συντομότερη δυνατή και το αυτόματο σύστημα χρώσεων να έχει δυνατότητα επέκτασης - σύνδεσης με επικαλυπτικό μηχάνημα (να είναι συμβατά μεταξύ τους), προτιμητέο δε (αλλά όχι δεσμευτικό) είναι το ενιαίο (ένα μηχάνημα χρώσης - επικάλυψης).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΔΑΠΑΝΗ ΑΥΤΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΑΛ/ΚΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ & ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ			
ΕΥΛΟΛΗ	300 lit	4.6 € X 300 lit	1380 €+ΦΠΑ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	600 lit	6.38€ X 600 lit	3828 €+ΦΠΑ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95□	160 lit	1.15€ X 160 lit	184 €+ΦΠΑ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70□	100 lit	0.85€ X 100 lit	85 €+ΦΠΑ
ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ *	40 lit	18.8 €X 40 lit	752 €+ΦΠΑ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΥΚΝΟ ΗCl (για διαφοροποίηση)	2,5 lit	5.8 €X 2,5 lit	14,5 €+ ΦΠΑ
ΗΩΣΙΝΗ **	400 gr	1.15 € X 400 gr	460 € ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΧΡΩΣΗΣ			6703,5 €+ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΧΡΩΣΗΣ (υπολογ. 70.000 πλακιδίων ετησίως)			0,096 € /χρώση
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (υπολογισμός για 70.000 πλακίδια ετησίως)			
ΒΑΛΣΑΜΟ	15 τεμάχια	15 X 25 €	375 € ΦΠΑ
Καλυπτρίδες ***	70.000 τεμάχια	70.000 X 0.0428 €	2996 € ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ			3371 €+
ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ /πλακίδιο			0,048
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			10.074,5 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

* Η αιματοξυλίνη να είναι κατάλληλη για πυρηνικές χρώσεις ιστολογικών τομών.

** Η ηωσίνη να είναι υδατική.

*** Οι καλυπτρίδες να είναι επικαλυπτικού μηχανήματος ψεκασμένες με διαχωριστικό παράγοντα, πάχους 1 mm και διαστάσεων 24X50 mm.

Σχόλιο: Η μελέτη του αναλώσιμου υλικού (κατανάλωση και δαπάνη) αφορά τον υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του εργαστηρίου, η αγορά του οποίου έχει γίνει 11-09-2003 (επικαλυπτικό) και 17-06-2002 (μηχάνημα χρώσης).