

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114  
 Τ.Κ.: 115 27  
 Πληροφορίες: ΧΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ  
 Τηλ.: 2132088715  
 Fax: 2132088716  
 Email: lenach@hippocratio.gr

Αθήνα, 8/6/2018  
 Α.Π.: 9096

**ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο**

**ΘΕΜΑ:** «Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
3. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
4. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά με τη «διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
5. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
6. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
8. Την υπ. αρ. πρωτ. 7748/16-5-2018 Απόφαση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑ:Ω6ΒΟ4690ΩΣ-ΠΥ5)
9. Την υπ. αρ. πρωτ. 8210/24-5-2018 έγγραφη παρατήρηση της εταιρείας «MEDIC PLAN/MEDIZINE TECHNIK.»
10. Το υπ. αρ. πρωτ. 8864/5-6-2018 διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την Επιτροπή.
11. Το υπ. αρ. πρωτ. 9019/8-6-2018 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

1.Τη Διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

όπως αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης ,η οποία διενεργήθηκε με το ανωτέρω (8) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2018.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.hippocratio.gr](http://www.hippocratio.gr) (Γραφείο Προμηθειών/ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 12-6-2018 και ώρα 15:00μμ** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [lenach@hippocratio.gr](mailto:lenach@hippocratio.gr)

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί σχετικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ****ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

**Συν.:** Δύο (2) σελίδες

***Εσωτ.Διανομή***

*-Τμήμα Προμηθειών*

*-Υποδιεύθυνση Οικονομικού*

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η συσκευή να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την κοπή, διανομή και θερμική συγκόλληση φακέλων αποστείρωσης.
2. Να έχει δυνατότητα παραγωγής έως και 5.000 φακέλων ανά ώρα.
3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλεως 220-230 V/50HZ
4. Η κατασκευή της συσκευής να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις της DIN 58953-7.
5. Να διαθέτει λειτουργία αναμονής (stand by) μετά από προκαθορισμένο χρόνο αδράνειας προς όφελος εξοικονομήσεις ενέργειας.
6. Η ταχύτητα του σφραγίσματος να κυμαίνεται από 0,5 έως 10 sec.
7. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα A151304.
8. Να διαθέτει συναγερό και αυτόματο κλείσιμο της συσκευής όταν οι παράμετροι ξεπεράσουν τα προκαθορισμένα όρια – προστασία από την υπερθέρμανση.
9. Να διαθέτει θερμοστάτη για ρύθμιση της θερμοκρασίας σφραγίσεως έως 220°C.
10. Η θερμοσυγκόλληση του φακέλου να γίνεται αυτόματα στη μία πλευρά κατά την έξοδο τους με πάχος ραφής σφραγίσματος 12mm.
11. Να ελέγχει ηλεκτρονικά όλες τις παραμέτρους και τις λειτουργίες της συσκευής (πίεση, θερμοκρασία, χρόνο θερμοσυγκόλλησης κλπ.).
12. Η απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη γραμμή θερμοσυγκόλλησης και στα προς αποστείρωση υλικά να ρυθμίζεται από 0-30mm περίπου, από το σημείο σφραγίσματος.
13. Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Επίσης πιστοποίηση CE της εταιρείας κατασκευής.
14. Να υπάρχει κάλυψη πλήρους εγγύησης (2 ετών) και επάρκεια ανταλλακτικών ειδών.

