

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των διαλυμάτων και των αναλωσίμων του τεχνητού νεφρού με CPV 33181500 αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών»

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την υπ. αριθ. 15/06.06.2014 (Θέμα 11^ο) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των διαλυμάτων και των αναλωσίμων του τεχνητού νεφρού με CPV 33181500 αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των διαλυμάτων και των αναλωσίμων του τεχνητού νεφρού με CPV 33181500 αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους **μέχρι την 23 Ιουνίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr**.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια των διαλυμάτων και των αναλωσίμων του τεχνητού νεφρού με CPV 33181500 αναλώσι-

μα υλικά θεραπείας νεφρών ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

MARIA KAPA

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ & ΟΞΕΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5lt
2	ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ & ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5lt
3	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ & ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Ή ΦΥΣΙΓΓΑ ΤΩΝ 750cc, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚΙΣΣΟ
4	ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗ ΟΝ LINE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚΙΣΣΟ.
5	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ & ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
6	ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚΙΣΣΟ ΚΑΙ FRESENIUS.
7	ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11,5 Fr. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΗ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 12,15,20 ΚΑΙ 24 cm.
8	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ & ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ
9	ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 5 ML
10	ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ACCURA.
11	ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΝ LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚΙΣΣΟ
12	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ACCURA ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT
13	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΝΙΟΝΤΑ

Τα διαλύματα να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλα πλαστικά δοχεία των 5 λίτρων. Κάθε ζεύγος (Α και Β) δοχείων να περιέχει πυκνά διαλύματα ηλεκτρολυτών σε κυμαινόμενες πυκνότητες, ώστε 1lt του διαλύματος Α (Ηλεκτρολυτών) αναμιγνύομενα με 1,225 lt του διαλύματος Β (Διττανθρακικών) και 32,775 lt απιονισμένου νερού, να δίνει 35 λίτρα διαλύματος έτοιμου για αιμοκάθαρση, του οποίου η τελική σύνθεση σε ηλεκτρολύτες να μπορεί να κυμαίνεται στα ακόλουθα όρια (με δυνατότητα συνδυασμών στη συγκέντρωσή τους) :

K ⁺	: 0-3meq/L	Cl ⁻	: 100-110 meq/L
Na ⁺	: 134-145 meq/L	HCO ³⁻	: 32-35meq/L
Ca ⁺⁺	: 1,25-1,75 meq/L	CH ³ COO	: 3-5 meq/L
Mg ⁺⁺	: 0,25 -0,75 meq/L	Γλυκόζη	: 0-2g/L


Οι συνθέσεις των ιόντων να μην διαφέρουν περισσότερο από $\pm 5\%$ από τις ζητηθείσες από εμάς συνθέσεις και μάλιστα για το να μην διαφέρουν περισσότερο του $\pm 3\%$.

To Ph του τελικού προϊόντος θα πρέπει να πλησιάζει το 7.4 και να μην έχει μεγάλες αποκλίσεις (± 0.1)

- Το νερό που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής για την παρασκευή των πυκνών διαλυμάτων θα πρέπει να είναι απιονισμένο, με καθαρές χημικές ουσίες και χωρίς υπολείμματα ιχνοστοιχείων (Al, As, Ba, Cd, Gr, Cu, Pd, Se, Ag, Zn, κ.τ.λ).
- Το διάλυμα να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών.
- Να μην καθιζάνει σίδηρος (στους σωλήνες των μηχανημάτων).
- Τα δοχεία και τα πώματα να είναι φυσικώς και χημικώς ανενεργά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 lt.
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (FRESSENIUS, HOSPAL, CODE, DRAKE WILLOCK DWS 1000) κ.τ.λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΔΕΥΔΗΣ.
- ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: $\text{CH}_3\text{-COOH} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{-COOH} + \text{H}_2\text{O}$
- ΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ PURISTERIL 340 ΕΙΝΑΙ:



CH₃COOOH→ΠΑΡΑΚΕΤΙΚΟ ΟΞΥ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ**

SET ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11,5 Fr. ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΗ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 12, 15, 20 ΚΑΙ 24 cm.

ΤΟ SET ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΤΥΠΟΥ J tip, ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΠΩΜΑΤΑ κ.τ.λ.

- Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 300 ml/min.
- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΤΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΜΕΝΟ ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ.
- ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΑ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ, ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ, CVVH κ.τ.λ.
- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ**

ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗΣ & ΚΙΤΡΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ.

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.

***ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ACCURA***

Διάλυμα που να περιέχει διττανθρακικά, κατάλληλο για τη θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, σε σάκους δύο διαμερισμάτων των 5 λίτρων ελεύθερους πυρετογόνων, αποστειρωμένους και ατομικά συσκευασμένους.

1^{ος} Θάλαμος

Sodium 140 mmol/L

Potassium	0-2	mmol/L
Calcium	4,83	mmol/L
Magnesium	1,38	mmol/L
Chloride	152-158	mmol/L
Glucose	0-16	g/L

2^{ος} Θάλαμος

Sodium	140	mmol/L
Bicarbonate	54.9	mmol/L
Chloride	85.1	mmol/L

Τελικό Διάλυμα έτοιμο προς χρήση (mmol/L)

Sodium	140
Potassium	0-2
Calcium	1,75
Magnesium	0,5
Chloride	109,5-112
Bicarbonate	35
Glucose	0 – 5,5g/L
pH	7,4

Τα διαλύματα να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

SET 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ/ΣΦΡΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ/ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 10 FR ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΙΩΔΙΟΥΧΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ κ.τ.λ.) ΜΕ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ CUFF. ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ SET ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.

- ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ/ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΚΑΠΙΑΚΙΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΥΠΟΥ J, κ.τ.λ.
- Η ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ml/min
- ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ
- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ, ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ, CVVH, κ.τ.λ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

Το αποστειρωμένο σετ για τη διενέργεια της φλεβοκεντήσεως να περιέχει σε δύο ξεχωριστές συσκευασίες τα απαραίτητα υλικά για την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης.

Για την έναρξη της συνεδρίας το σετ να περιέχει:

- Ένα ζεύγος γάντια Latex μεγέθους small ή medium.
- Ένα χειρουργικό πεδίο.
- Τρία τολύπια διαμέτρου 8εκ.
- Τρεις γάζες 7.5 x 7.5 εκ. 8 φύλλων.
- Δύο αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελόνων Fistula.
- Τέσσερα αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για τη σταθεροποίηση των αρτηριακών γραμμών.

Για τη λήξη της συνεδρίας το σετ να περιέχει:

- Ένα ζεύγος γάντια Latex μεγέθους small ή medium.
- Ένα χειρουργικό πεδίο.
- Δύο τολύπια διαμέτρου 8εκ.
- Δύο γάζες 7.5 x 7.5 εκ. 8 φύλλων.
- Δύο ειδικά αιμοστατικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα τύπου SURE SEAL SIZE XL.(δηλ. ειδικού τύπου αιμοστατικά που μετά την επαφή με το αίμα διογκώνονται και αποκτούν αιμοστατικές ιδιότητες).
- Δύο ειδικά πίεστρα για αιμόσταση.

Να φέρει σήμανση CE.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

1.Οι φύσιγγες πρέπει να προσαρμόζονται στα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, χωρίς την ανάγκη μετατροπής ή άλλης παρέμβασης στη φύσιγγα ή το μηχάνημα.

2.Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο και κατά προτίμηση διάφανο υλικό, ανθεκτικό σε κρούσεις, η δε σκόνη διττανθρακικού να είναι χημικά καθαρή και σταθερή, στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Φαρμακοποιίας.

3.Να έχουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων, εισόδου – εξόδου.

4.Να φέρουν σήμανση CE.

