



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Βασιλόπουλος
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα

**ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114
115-27 ΑΘΗΝΑ**

Αθήνα, 8/6/2022

Προς: Επιστημονικό Συμβούλιο ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κοιν: Τμήμα Προμηθειών

Η Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα της Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και επεμβατικών ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου μας. Σε πολλές περιπτώσεις καλούμαστε να διευκρινίσουμε βλάβες, όπως η αξιολόγηση πολυπόδων στο κόλον, η αναζήτηση δυσπλασίας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και η επιτήρηση οισοφάγου Barrett με τη βοήθεια της χρωμοενδοσκόπησης. Ο καθετήρας spray μιας χρήσης είναι απαραίτητος καθώς χρησιμοποιείται για ψεκασμό ειδικών χρωστικών ουσιών που χρωματίζουν τον βλεννογόνο και βοηθούν στην καλύτερη διάκριση των βλαβών, καθορίζουν τα όρια τους και διευκολύνουν την ασφαλή και ακριβή αφαίρεση τους.

Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος:

- α. Να είναι κατασκευασμένος από υλικό που να διευκολύνει τη διείσδυση στο κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου και τις κινήσεις κατεύθυνσης του καθετήρα
- β. Να έχει μέγιστο μήκος 2.400mm και να χρησιμοποιεί κανάλι βιοψίας με ελάχιστη διάμετρο 2,8mm
- γ. Η διάμετρος άκρου στο σημείο ψεκασμού να κυμαίνεται από 2,35mm σε 2,50mm

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά τιμής,

Σπηλιός Μανωλακόπουλος

Υπεύθυνος Γαστρεντερολογικής - Ενδοσκοπικής Μονάδας
Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Β' ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ.Κ.Α. 05056204257 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 36857