

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ -
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

Τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40.
Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 13
χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος,
μικρής τομής.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Γ. Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Α. Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
23036704080

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΕ 12664


1419500104

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

Μαχαιρίδια φακοθρυψίας κύριας τομής 2.75 από αποστειρωμένο χάλυβα με επίστρωση κατά των αντανakλάσεων του μικροσκοπίου, με ένδειξη βάθους στα 2 χιλ., λαβή, μιας χρήσεως τύπου clearcut, σταθερής κοπής και ακρίβειας σε όλη την κοπτική επιφάνεια (satin slit) και με προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας.

Ελαττωματικά υλικά θα επιστρέφονται στην εταιρεία για αντικατάσταση με δική της επιβάρυνση και άνευ περαιτέρω χρέωσης για το νοσοκομείο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Κ.Α.Α. : 23036704080

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Υ.Κ.Α.
Γρ. Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΕΛΠΙΣΩ

ΗΜ/ΝΙΑ : 10/7/18

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Αναλώσιμα Αναλυτών | <input type="checkbox"/> Υγειονομικό Υλικό | <input type="checkbox"/> Φαρμακευτικό Υλικό |
| <input type="checkbox"/> Γραφική Υλη - Τόνερς | <input type="checkbox"/> Τρόφιμα | <input type="checkbox"/> Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια |
| <input type="checkbox"/> Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας | <input type="checkbox"/> Βιοιατρικός Εξοπλισμός | <input type="checkbox"/> Η&Μ Ενοδ/κός Εξοπλισμός |

Κωδικός Υλικού	ΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΑΔΗΜΕΥΣΤΗ ΜΕΘΥΜΑΤ TRANSPORT, Περιγραφή Υλικού	Ημ/νία τελευτ. παραγγ.	Ποσότητα τελευτ. παραγγ.	Υφιστάμ. Απόθεμα	Αιτούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική Δαπάνη
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΟΛΩ						
	ΔΙΑΔΗΜΕΥΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΜΕΘΥΜΑΤ Σταθιακό ηλίκης, αντε-δούρευση από:		4210005	108	1x		155€
	- κυρίως θώρα		ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΜΕΤΩΝ				
	- Καλαμι ελέγχου						
	- Σιρίγγα διαφραγματος βαλβιδας ελέγχου						
	- Διαφραγμα βαλβιδας ελέγχου						
	- Διαφραγμα ερμμετων βαλβιδων (μεθ W198553)						

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος

Ο/Η Διευθυντής Τμήματος

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ